


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตู้คู่อิกรรขนาด 0.70x0.80x1.90 เมตร


1. เป็นตู้คู่อิกรรขนาดประมาณ ลึก 0.70 เมตร กว้าง 0.80 เมตร สูง 1.90 เมตร มีลักษณะตามรูป
โครงสร้างทำด้วยเหล็กกล่อง ขนาด $1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$ นิ้ว พ่นทับด้วยสีอีพ็อกซี่ พื้นที่การใช้งานทำด้วย
PHENOLIC RESIN ชนิด LAB GRADE หนา 16 มิลลิเมตร
2. ผนังด้านหลังทำด้วย PHENOLIC RESIN ชนิด LAB GRADE หนา 6 มิลลิเมตร ผนังด้านซ้ายและ
ขวาทำด้วยกระจกนิรภัย หนาไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร
3. บานประตูตู้เป็นกระจกนิรภัย หนาไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร เลื่อนขึ้น-ลงได้ เลื่อนขึ้นได้สูงสุดไม่
น้อยกว่า 45 เซนติเมตร
4. ด้านบนของตู้ต่อกับท่อคู่อิกรรที่ทำจาก PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ต่อผ่านฝ้าและผนัง
ห้องออกไปนอกอาคารมีลักษณะตามรูปและที่ปลายท่อมืดคาขายหรือแผ่นวัสดุเจาะรูกันนก
5. ที่บริเวณส่วนปลายของท่อคู่อิกรรติดตั้งมอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า $\frac{1}{2}$ Hp โดยติดใบพัดสแตนเลส
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้วและตัวหอยโข่งเป็นสแตนเลส
6. ที่ขาตู้มีปุ่มปรับระดับ
7. ภายในตู้ติดตั้งไฟส่องสว่าง ด้านหน้าตู้มีสวิทช์ปิดเปิดไฟ สวิทช์ปิดเปิดพัดลม และปลั๊กไฟชนิดคู่
ขนาด 16 แอมป์ 220 โวลท์
8. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย 1 ชุด * ขอให้มีไว้ประมาณ 25๕๗
9. ใช้ไฟฟ้า 3 เฟส 380 โวลท์
10. ผู้ขายต้องเดินสายไฟ 3 เฟส จากแหล่งไฟมายังห้องติดตั้งตู้คู่อิกรร ระยะทางประมาณ 50 เมตร
และต้องติดตั้งลูก Circuit
11. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
12. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่
13. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้ดี
14. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองจนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ
(นางวิมลพร ธิติศักดิ์)


.....กรรมการ
(นางมาลี ธีรานุสนธิ์)


.....กรรมการ
(นางกมลทิพย์ ธีญพิมล)



.....กรรมการ
(นายสวัชร อึ้งวนิชบรรณ)


.....กรรมการ
(นางมุกดา รัตนภาสกร)


.....กรรมการ
(นางวัลย์กานต์ เจียมเจตจรูญ)


.....กรรมการ
(นางชนรมวรรณ หนูนไธสง)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิตติพงษ์ สิริสุทธานันท์)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางเกษยา ศรีอำไพ)

