



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องชั่งสำหรับใช้กับเครื่องวัดปริมาณความชื้นของวัคซีนแบบอัตโนมัติ


1. เป็นเครื่องชั่งสำหรับใช้กับเครื่องวัดปริมาณความชื้นของวัคซีนแบบอัตโนมัติ Computrac Vapor Pro RX ที่มีอยู่เดิม
2. สามารถชั่งน้ำหนักได้ตั้งแต่ 0.001 กรัม ถึงสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 กรัม
3. สามารถอ่านค่าน้ำหนักได้ละเอียด 0.001 กรัม
4. สามารถปรับค่าเครื่องชั่งให้อ่านค่าเป็นศูนย์ได้ (Tare Range) ตั้งแต่ 0 ถึงไม่น้อยกว่า 150 กรัม
5. ค่าความผิดพลาดในการอ่านค่าน้ำหนักซ้ำ (Repeatability) ไม่เกิน 0.0015 กรัม
6. มีค่า Linearity อยู่ในช่วง ± 0.0015 กรัม
7. สามารถปรับค่า Stabilization Time ได้
8. งานชั่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 11.5 เซนติเมตร
9. เครื่องชั่งสามารถทำงานได้ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 5 ถึง 40 องศาเซลเซียส
10. มีหน้าจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 8.25 x 15.25 เซนติเมตร
11. มีตุ้มน้ำหนักขนาด 100 กรัม Class F จำนวน 1 อัน
12. เป็นเครื่องชั่งที่ผลิตตามมาตรฐาน CE Marked
13. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต ได้
14. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
15. เครื่องชั่งต้องได้รับการสอบเทียบจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ณ สถานที่ใช้งาน
16. มีคู่มือการใช้งาน 1 ชุด
17. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
18. ส่งมอบเครื่องชั่งพร้อมใบแสดงผลการสอบเทียบ และทดลองจนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์ กำหนด



..... ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ ชำรงโอภาส)



..... กรรมการ
(มาลี ธีรานุสนธิ์)



..... กรรมการ
(นางกิงดาว หอมแก้ว)



..... กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนัญญะกุล)


..... กรรมการ
(นางวลัยกานต์ เจียมเจตจรุญ)


..... กรรมการ
(นางธรรมวรรณ หนูนโธสง)


..... กรรมการ
(นายสุราษฎร์ ชูกระชั้น)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นายกิตติพงศ์ ศิริสุธานันท์)


..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางเกศยา ศรีอำไพ)