

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตู้เพาะเลี้ยงไข่และตัวอ่อนแบบเคลื่อนย้ายได้

1. เป็นตู้เพาะเลี้ยงไข่แบบเคลื่อนย้ายได้ (Portable Incubator) สำหรับเพาะเลี้ยงเซลล์สืบพันธุ์และตัวอ่อน มีหน้าจอแสดงค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลข
2. สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 35 ถึง ~~ไม่เกิน~~ 39 องศาเซลเซียส ความคงที่ของอุณหภูมิ (Temperature stability) ผิดพลาดไม่เกิน ± 0.25 องศาเซลเซียส ^{หรือ} ความแม่นยำของอุณหภูมิ (Temperature accuracy) ผิดพลาดไม่เกิน ± 0.2 องศาเซลเซียส
3. ทำงานด้วยแบตเตอรี่ที่ติดตั้งมาพร้อมเครื่อง (internal battery/built-in battery) และมีเครื่องอัดประจุไฟ (battery charger) หรือสามารถอัดประจุไฟอัตโนมัติได้เมื่อเครื่องต่อกับไฟฟ้ากระแสสลับโดยตรง
4. มีสัญญาณเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อนหรือ main power failure หรืออุณหภูมิไม่อยู่ในช่วงที่ตั้งไว้
5. สามารถเปลี่ยนแท่นสำหรับใส่หลอดตัวอย่าง โดยมีแท่นสำหรับใส่หลอดตัวอย่างขนาด 5 มิลลิลิตร จำนวน 2 หลอด ขนาด 13 มิลลิลิตร จำนวน 2 หลอด และขนาด 50 มิลลิลิตร จำนวน 5 หลอด หรือมีแท่นสำหรับใส่หลอดทดลองขนาด 25 มิลลิลิตร จำนวน 4 หลอด และมีแท่นสำหรับใส่หลอดตัวอย่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 17 มิลลิเมตร จำนวน 10 หลอด
6. มีอุปกรณ์ประกอบคือ อุปกรณ์สำหรับใช้ต่อกับที่จุดบุหรี่ในรถยนต์
7. มีคู่มือการใช้งาน จำนวน 1 ชุด
8. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต ได้ในกรณีไม่ได้ใช้แบตเตอรี่
9. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
10. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
11. ส่งมอบและทดลองจนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขอออกใบรับประกันประมาณ 2557

[Signature]

(นายไพโรจน์ อ่างโสภาส)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

[Signature].....ประธานกรรมการ

(นางเจิดฉาย อธิทินรัตน์)

[Signature].....กรรมการ

(นางสาววารุณี พานิชผล)

[Signature].....กรรมการ

(นางมาลี ธีรานุสนธิ์)

[Signature].....กรรมการ

(นายเชียรชัย อนนงค์รักษ์)

[Signature].....กรรมการ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

[Signature].....กรรมการและเลขานุการ

(นายกิตติพงษ์ ศิริสุทธานันท์)

[Signature].....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวภิรมภรณ์ เตือนถ้ำแก้ว)