

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องตีผสมตัวอย่าง (Stomacher)

1. เป็นเครื่องมือที่ใช้ตีผสมตัวอย่าง โดยระบบการตีผสมทำนอกถุงใส่ตัวอย่าง
2. ขนาดของเครื่องมีขนาดไม่น้อยกว่า  $260 \times 335 \times 265$  มิลลิเมตร ( กว้าง x ลึก x สูง )
3. ตัวเครื่องทำด้วยโลหะสแตนเลสหรืออลูมิเนียมเคลือบสี มีความทนทาน ไม่เป็นสนิม
4. ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ (microprocessor control)
5. สามารถใส่ตัวอย่างอาหารได้ไม่น้อยกว่า 50 ถึง 400 มิลลิลิตร
6. สามารถปรับตั้งอัตราการบดได้หลายระดับ
7. สามารถตั้งเวลาการทำงานได้ 2 แบบ คือ กำหนดเวลาที่แน่นอน และการทำงานต่อเนื่อง
8. การตีผสมจะใช้พาย 2 อัน ตีตัวอย่างซึ่งบรรจุอยู่ในถุงเข้ากับผนังเครื่อง โดยพายจะตีแบบต่อเนื่องจนครบรอบการตี
9. มีอุปกรณ์ประกอบดังนี้
  - 9.1 ที่วางใส่ถุงตัวอย่าง จำนวน 2 อัน
  - 9.2 ถังพลาสติกสำหรับใส่ตัวอย่าง สะอาดและผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว จำนวน 1,000 ใบ
10. ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
11. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากบริษัทที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 หรือ IEC 1010-1
12. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด
13. วัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นมีสภาพสมบูรณ์ เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
14. รับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
15. ตรวจสอบเช็คสภาพเครื่อง จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยไม่คิดค่าบริการ
16. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
17. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานแก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้ดี
18. ส่งมอบ และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....*Prasanna*.....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)

.....*Ms. Srisana*.....กรรมการ

(นางมาลี อีรานุสนธิ์)

.....*Ms. Kingdao*.....กรรมการ


(นางกิงดาว หมอแก้ว)

.....*Mr. Srasawat*.....กรรมการ


(นายสรารวุธ ชูกระชั้น)

.....*Mr. Sirirattan*.....กรรมการ


(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

.....กรรมการ


(นางวลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ)

.....กรรมการ

(นางธรรมวรรณ หนูนไธสง)

.....กรรมการและเลขานุการ

(นายกิติพงศ์ ศิริสุทธนันท์)

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางเกศยา ศรีอำไพ)