

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตู้เตรียมปฏิกิริยา PCR (PCR cabinet)

1. เป็นตู้สำหรับเตรียมปฏิกิริยา PCR ทำจากอคริลิกใสหนา 10 มิลลิเมตร หรือ กระจกใส ชนิด Tempered Glass ป้องกันแสงอุลตราไวโอเลตได้
2. มีขนาดพื้นที่ทำงานภายในกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และลึกไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร
3. มีขนาดภายนอกไม่น้อยกว่า 65 x 52 x 68 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)
4. มีหลอดอุลตราไวโอเลต ขนาดไม่น้อยกว่า 15 วัตต์ ที่ให้ความยาวคลื่น 253.7-254 นาโนเมตร 1 หลอด และหลอดไฟ 1 หลอด พร้อมสวิตช์ปิด-เปิด
6. สามารถเปิดประตูด้านหน้าได้อย่างน้อย 1 ตอน หรือ 1 ระดับ
7. มีขาตั้งที่สามารถรองรับตัวตู้ได้
8. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
9. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
10. ส่งมอบ ติดตั้งและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

Handwritten signature

Handwritten signature ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)

Handwritten signature กรรมการ
(นางมาลี อีรานุสนธิ์)

Handwritten signature กรรมการ
(นางกิงดาว หมอแก้ว)

Handwritten signature กรรมการ
(นายสรารุช ชูกระชั้น)

Handwritten signature กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนัญญะกุล)

Handwritten signature กรรมการ
(นางวัลย์กานต์ เจียมเจตจรูญ)

Handwritten signature กรรมการ
(นางธรรมวรรณ หนูนไธสง)

Handwritten signature กรรมการและเลขานุการ
(นายกิติพงศ์ ศิริสุธานันท์)

Handwritten signature กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางเกศยา ศรีอำไพ)

Handwritten signature