


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
เครื่องหล่อเย็นด้วยระบบน้ำหมุนเวียน


1. เป็นเครื่องทำความเย็นแบบระบบน้ำหมุนเวียน มีล้อย 4 ล้อ พร้อมตัวล็อกล้อ ควบคุมการทำงานด้วยระบบ PID Controller แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล LED
2. อ่างน้ำภายในมีความจุไม่น้อยกว่า 1.9 แกลลอนหรือประมาณ 7.2 ลิตร สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 ถึง สูงสุดไม่น้อยกว่า 40 องศาเซลเซียส และสามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ผิดพลาดไม่เกิน  $\pm 0.1$  องศาเซลเซียส
3. สามารถทำความเย็นได้ไม่น้อยกว่า 4400 วัตต์ หรือไม่น้อยกว่า 15000 BTU ณ สภาวะอุณหภูมิห้องที่ 25 องศาเซลเซียส ใช้อากาศในการทำความเย็นให้กับตัวควบแน่น
4. ตัวเครื่องค้ำบนมีจุดสำหรับกรองของเหลวและด้านหน้าเครื่องมีหลอดบอกระดับของเหลว
5. มีแผ่นกรองอากาศด้านหน้าเครื่อง สามารถถอดทำความสะอาดได้ง่าย เพื่อยืดอายุการใช้งานของ Compressor
6. มีชุดดูดซับของเหลวเพื่อลดการปนเปื้อน โดยมีค่าดูดซับไม่น้อยกว่า 86 มิลลิเมตร มีท่อสำหรับถ่ายน้ำทิ้งอยู่ด้านหลังของเครื่อง
7. มีปั๊มสามารถจ่ายของเหลวได้ไม่น้อยกว่า 12.5 ลิตรต่อนาที ที่แรงดันไม่น้อยกว่า 4.1 บาร์ และมีระบบปรับแรงดันภายในเครื่อง
8. สามารถตั้งหน่วยของอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสหรือองศาฟาเรนไฮด์ ตั้งปริมาตรการไหลของของเหลวเป็นลิตรหรือแกลลอนและสามารถตั้งแรงดันเป็นปอนด์ต่อตารางนิ้ว (PSI) หรือบาร์ ได้
9. สามารถตั้งค่าจำกัดของช่วงอุณหภูมิไม่ให้ต่ำหรือสูงกว่าที่กำหนดไว้และจะเตือนเมื่อไม่ได้อยู่ในช่วงที่ตั้งไว้
10. สามารถตั้งค่าจำกัดของช่วงแรงดันของปั๊มไม่ให้ต่ำหรือสูงกว่าที่กำหนดไว้และจะเตือนเมื่อไม่ได้อยู่ในช่วงที่ตั้งไว้
11. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด \* ควบคุมที่ปีงบประมาณ 2557
12. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
13. รับประกันคุณภาพ 1 ปี และบริการตรวจสอบทุก 6 เดือน ในระหว่างการรับประกัน นับจากวันส่งมอบ
14. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
15. ผู้ขายต้องสอนการใช้เครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
16. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองงานใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


.....ประธานกรรมการ  
(นางวิมลพร รัตติกต์)


.....กรรมการ  
(นางมาลี ธีรานุสนธิ์)


.....กรรมการ  
(นางกมลทิพย์ ธัญทิมล)


  
.....กรรมการ  
(นายสทวัชร อึ้งวนิชบรรณ)

  
.....กรรมการ  
(นางมุขดา รัตนภาสกร)

  
.....กรรมการ  
(นางวลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ)

  
.....กรรมการ  
(นางธรรมวรรณ หนูนโรสง)

  
.....กรรมการและเลขานุการ  
(นายกิติพงษ์ ศิริสุทธานันท์)

  
.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางเกศยา ศรีอำไพ)

เครื่องหล่อเย็นด้วยระบบน้ำหมุนเวียน

