

คจ 145/57

พ.ร.บ. 13/535

พ.ร.บ. 60/545

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องปั่นผสมความเร็ว 2 ระดับ พร้อม Timer

1. เป็นเครื่องปั่นผสมตัวอย่าง ประกอบด้วยตัวเครื่องปั่นและโถสำหรับใส่ตัวอย่าง
2. ตัวเครื่องทำด้วยวัสดุหล่อเคลือบด้วย epoxy
3. โถปั่นพร้อมฝาปิดทำด้วยโลหะสแตนเลส มีหูจับ ขนาดบรรจุ 500 มิลลิลิตร
4. สามารถปรับระดับความเร็วรอบได้ 2 ระดับ คือ ที่ความเร็ว 22,000 รอบต่อนาที และ 18,000 รอบต่อนาที
5. สามารถตั้งเวลาการทำงานได้ไม่น้อยกว่า 60 วินาที
6. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย 1 ชุด
7. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรท์ ได้ * ขออนุมัติให้ใช้งบประมาณ 2557
8. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
9. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
10. ส่งมอบและทดลองงนใช้งานได้ที่ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด ขออนุมัติให้ใช้งบประมาณ 2554

(นางวิมลพร ธิติศักดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ประธานกรรมการ

(นางวิมลพร ธิติศักดิ์)

นางมาลี ธีรานุสนธิ์ กรรมการ
(นางมาลี ธีรานุสนธิ์)

นางกมลทิพย์ รัชภูมิถล กรรมการ
(นางกมลทิพย์ รัชภูมิถล)

นายสหวีร์ อึ้งวนิชบรรณ กรรมการ
(นายสหวีร์ อึ้งวนิชบรรณ)

นาง मुखดา รัตนภาสกร กรรมการ
(นาง मुखดา รัตนภาสกร)

นางวลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ กรรมการ
(นางวลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ)

นางธรรมวรรณ หุ่นไธสง กรรมการ
(นางธรรมวรรณ หุ่นไธสง)

นายกิตติพงษ์ ศิริสุทธานันท์ กรรมการและเลขานุการ
(นายกิตติพงษ์ ศิริสุทธานันท์)

นางเกศยา ศรีอำไพ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางเกศยา ศรีอำไพ)

(นางวิมลพร ธิติศักดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์