



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
เครื่องอ่านและบันทึกอุณหภูมิและความชื้น


1. เป็นเครื่องอ่านและบันทึกอุณหภูมิและความชื้น สามารถอ่านและบันทึกค่าอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -20 ถึง +60 องศาเซลเซียส และค่าความชื้นได้ตั้งแต่ 0 ถึง 100% rH
2. มีหน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้าที่อ่านได้ชัดเจน
3. มีค่าความถูกต้องของอุณหภูมิผิดพลาดไม่เกิน  $\pm 0.5$  องศาเซลเซียสในช่วงอุณหภูมิ -20 ถึง +40 องศาเซลเซียส และมีค่าความละเอียดของอุณหภูมิที่อ่านได้ไม่เกิน  $\pm 0.1$  องศาเซลเซียส
4. มีค่าความถูกต้องของความชื้นผิดพลาดไม่เกิน  $\pm 0.3$  % rH ในช่วงความชื้น 10% ถึง 90% rH และมีค่าความละเอียดของความชื้นที่อ่านได้ไม่เกิน  $\pm 0.1$  % rH
5. สามารถปรับตั้งความถี่ในการเก็บบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นได้ตั้งแต่ทุก 1 นาทีถึงทุก 24 ชั่วโมง และสามารถเก็บบันทึกค่าได้ไม่น้อยกว่า 15,000 ข้อมูล
6. ใช้กับแบตเตอรี่ลิเทียม และผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เอง
7. มีแผนโปรแกรมที่สามารถป้อนและถ่ายโอนข้อมูลของเครื่องไปยังคอมพิวเตอร์ได้
8. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
9. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขาย และการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
10. ส่งมอบและทดลองจนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


 ประธานกรรมการ  
(นายไพโรจน์ ชำรงโอภาส)


 กรรมการ  
(นางมาลี ธีรานุสนธิ์)


 กรรมการ  
(นางกิงดาว หมอแก้ว)


 กรรมการ  
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนัญญกุล)

 กรรมการ  
(นางวลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ)

 กรรมการ  
(นางธรรมวรรณ หนูไธสง)

 กรรมการ  
(นายสรารุช ชูกระชั้น)

 กรรมการและเลขานุการ  
(นายกิตติพงษ์ ศิริสุธานันท์)

 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางเกศยา ศรีอำไพ)

