

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง


1. เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง มีจอแสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้าแบบ backlit
2. สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 3,100 กรัม อ่านค่าได้ละเอียดไม่เกิน 0.01 กรัม มีค่า Repeatability ผิดพลาดไม่เกิน 0.01 กรัม และมีค่า Linearity ไม่เกิน 0.02 กรัม
3. สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะ (Tare range) ได้ตลอดช่วงการชั่ง
4. งานชั่งทำด้วยโลหะปลอดสนิม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 180 มิลลิเมตร หรือมีขนาดกว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า 190 x 204 มิลลิเมตร
5. มีระบบปรับเครื่องให้ได้มาตรฐานแบบใช้ค้อนน้ำหนักที่อยู่ภายในเครื่อง เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ
6. มีระบบปรับเครื่องให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมในการชั่ง
7. สามารถเลือกหน่วยในการชั่งได้ไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
8. มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน
9. มี Interface สำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ผล
10. ส่วนควบคุมการทำงานมีพลาสติกใสคลุม
11. มีค้อนน้ำหนักที่ได้มาตรฐานตาม OIML Class F1 พร้อม ใบรับรองการสอบเทียบจากหน่วยงานที่ได้รับบริการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จำนวน 2 ขนาด ดังนี้

| | |
|----------------------|-------------|
| 11.1 ขนาด 100 กรัม | จำนวน 1 ลูก |
| 11.2 ขนาด 2 กิโลกรัม | จำนวน 1 ลูก |
12. มีคู่มือใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 ชุด
13. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
14. รับประกันคุณภาพ 1 ปี พร้อมบริการตรวจสอบสภาพและการทำงานของเครื่องชั่งทุก 4 เดือน
ในระหว่าง การรับประกัน นับจากวันส่งมอบ
15. เป็นเครื่องชั่งที่ผ่านการสอบเทียบ ณ สถานที่ตั้งเครื่องชั่ง จากหน่วยงานที่ได้รับบริการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025
16. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน CE
17. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับบริการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001
18. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง

* ขออนุมัติให้จึงขประมาณ 2567





19. ส่งมอบเครื่องชั่งพร้อมใบรับรองผ่านการสอบเทียบเครื่องชั่งและคัมมน้ำหนัก และทดลองจนเครื่องชั่งสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด





..... ประธานกรรมการ


(นางเจิดฉาย ดิรทินรัตน์)

..... กรรมการ
(นางสาววารุณี พานิชผล)


..... กรรมการ
(นางมาลี ธีรานุสนธิ์)


..... กรรมการ
(นางธรรมวรรณ หนูนโรสง)

..... กรรมการ
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)


..... กรรมการ
(นายนิเทศ เลิศถิมขาลัต)

..... กรรมการ
(นางกมลทิพย์ รัชฎ์พิมล)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นายกิตติพงศ์ ศิริสุทธานันท์)

..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวกิริมภรณ์ เตื่อนจำแก้ว)

ณ สถานที่ตั้ง ณ วันที่ 2554


(นางวิมลพร ชิตศักดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

เครื่องชั่งไฟฟ้าตนิยม 2 ตำแหน่ง