

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ใบมีดเพชร

1. เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้งานร่วมกับเครื่อง Ultramicrotome ที่สามารถตัดตัวอย่างให้บางเป็นพิเศษ มีความหนาของตัวอย่างที่ตัดออกมาต่ำสุดไม่เกิน 30 นาโนเมตร
2. คมมีดทำด้วยเพชร ขนาดความยาวของคมมีดไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร โดยคมมีดทำมุมกับแนวระนาบประมาณ 45 องศา
3. ตัวเรือนที่ไม่ใช่ใบมีดเพชรทำจากโลหะที่มีความแข็งแรงทนทานและมีส่วนที่สามารถใส่น้ำหรือของเหลว เพื่อให้สามารถเก็บแผ่นตัวอย่างที่ตัดออกมาแล้วได้โดยที่ตัวอย่างที่ตัดออกมานั้นไม่พับติดกับใบมีด
4. มีกล่องเก็บรักษาและชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดใบมีด
5. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
6. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
7. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขาย
8. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
9. ส่งมอบ และทดลองจนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ว.ว.ส.ป. ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)

Ms. Somsri กรรมการ
(นางมาลี อีรานุสนธิ์)

Ms. Kintaw กรรมการ
(นางกิงดาว หมอแก้ว)

Ms. Niran กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

Ms. Wallyant กรรมการ
(นางวลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ)

Ms. Worran กรรมการ
(นางธรรมาวรรณ หนูนไธสง)

Ms. Srasud กรรมการ
(นายสรารุช ชูกระชั้น)

Ms. Kiti กรรมการและเลขานุการ
(นายกิติพงศ์ ศิริสุทรานันท์)

Ms. Ketsaya กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางเกศยา ศรีอำไพ)