


W


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงขนาดเล็ก


1. เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง ขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่เกิน 9 x 11 x 7.5 นิ้ว มีหน้าจอบแสดงเวลาและความเร็วเป็นตัวเลข ความคุมการทำงานด้วยระบบดิจิทัล
2. มีมอเตอร์เป็นชนิด brushless motor
3. สามารถตั้งความเร็วได้ในช่วง 1.000 -14.000 รอบต่อนาที สามารถปรับเพิ่มได้ครั้งละ ไม่เกิน 100 รอบต่อนาที โดยมีแรงเหวี่ยงสูงสุดไม่น้อยกว่า 16,000 xg (Rcf)
4. สามารถตั้งเวลาได้ในช่วงตั้งแต่ 0.5 ถึงสูงสุดไม่น้อยกว่า 90 นาที ตั้งค่าการตีจานแบบต่อเนื่อง และกดปุ่มให้ทำงานแบบสั้น ๆ ได้
5. หัวปั่นเป็นชนิด Autoclavable Angle rotor ใช้สำหรับทดลอง ความจุ 1.5-2.2 มิลลิลิตร บรรจุได้ไม่น้อยกว่า 24 หลอด
6. ฝาปิด Rotor มีลักษณะใส่ ปิด - เปิด แบบ Snap ON OFF
7. ขณะทำงาน มีระดับเสียง ไม่เกิน 55 เดซิเบล
8. สามารถระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิของสารได้ โดยจะไม่ให้เพิ่มจากเดิมเกิน 5 องศาเซลเซียส หลังทำการปั่น 30 นาที
9. สามารถใช้งานในห้องเย็น ได้
10. มีหลอดทำจาก Polypropylene แบบมีฝาปิด ชนิด Positive seal ขนาด 1.7 มิลลิลิตร ที่มีคุณสมบัติปราศจาก RNases, DNases, PCR Inhibitors, Human DNA และ Pyrogens จำนวน 1,000 หลอด
11. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
12. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
13. รับประกันคุณภาพ 1 ปี และบริการตรวจสอบทุก 6 เดือน นับจากวันที่ส่งมอบ โดยะให้มีการเรียกประกัน
14. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9000 series
15. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ทดแทน
16. ผู้ขายต้องสอนการใช้เครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
17. ส่งมอบ และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ขอคุณผู้ที่ใช้ผมประมาณ 2557


..... ประชมนการมตต
(นางวิมลพร รัตติกัด)



.....กรรมการ
(นางมาลี ธีราวุธสนธิ์)



.....กรรมการ
(นางกมลทิพย์ ธีบุญพิมพ์)


.....กรรมการ
(นางวลัยกานต์ อังวนิชบรรณ)


.....กรรมการ
(นางมุขดา รัตนภาสกร)


.....กรรมการ
(นางวลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ)


.....กรรมการ
(นางธรรมวรรณ หนนไชสง)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิตติพงษ์ ศิริสุทธานันท์)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางเกษยา ศรีอำไพ)