

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ

1. เป็นกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ มี 3 กระจกตา ความเอียงของกระจกตาไม่เกิน 45 องศา เทียบกับระนาบ สามารถปรับระยะห่างระหว่างตาในช่วง 52 – 75 มิลลิเมตรได้
2. ระบบแสงเป็นแบบ Oblique หรือ Greenough
3. เลนส์ตากล้องขยายไม่น้อยกว่า 20 เท่า มีค่า Field Number (F.N.) ไม่น้อยกว่า 12.5 จำนวน 1 คู่ สามารถปรับชัดเขยค่าสายตาได้ที่เลนส์ทั้งสองข้าง
4. เลนส์วัตถุมีระยะทำงานไม่น้อยกว่า 115 มิลลิเมตร มีอัตราขยายภาพ (Zooming ratio) ไม่น้อยกว่า 7.5 : 1 มีช่วงการปรับขยายภาพ (Zoom range) ได้ตั้งแต่ 0.67x ถึง 5x และมีระบบ Click Stop หรือปุ่มที่สามารถเปลี่ยนกำลังขยายภาพได้
5. ฐานกล้องมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ มีช่องเป็นกระจกสำหรับให้แสงทะลุผ่าน และสำหรับวางตัวอย่างพร้อมปุ่มปรับกระจกสะท้อนแสงติดตั้งกับแกนฐานกล้อง
6. ไฟบนเป็นชนิดแบบ Fluorescent Ring ไฟล่างเป็นชนิด Halogen ขนาด 6 โวลท์ กำลังไฟไม่น้อยกว่า 20 วัตต์
7. มีอุปกรณ์ประกอบ ดังนี้


7.1 ถุงพลาสติกคลุมกล้อง	จำนวน 1 ใบ
7.2 กล้องทำด้วยไม้หรือพลาสติกแข็งแรงสำหรับบรรจุกล้องและอุปกรณ์	จำนวน 1 ชุด
7.3 หลอดไฟชนิด Halogen สำรองใช้กับกล้อง	จำนวน 2 หลอด
7.4 กระจกเขยัดเลนส์	จำนวน 1 แผ่น
8. มีคู่มือการใช้งาน จำนวน 1 ชุด
9. ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิรท์ ได้
10. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
11. ส่วนประกอบของกล้องสเตอริโอ ได้แก่ หัวกล้อง ฐานกล้องและชุดไฟบน ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกัน
12. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001
13. บริษัทผู้ขายมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
14. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
15. ส่งมอบและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขลนุพิกำปำงบปรภภณ 2557




 ประธานกรรมการ


(นายไพโรจน์ อ่างโรภาส)

 กรรมการ

(นางมาลี อีรานสนธิ์)

 กรรมการ


(นางกิงดาว หมอแก้ว)

.....กรรมการ


(นายสรารุช ชูกระชั้น)

.....กรรมการ


(นางวัลย์กานต์ เจียมเจตจรูญ)

.....กรรมการและเลขานุการ


(นายกิติพงศ์ ศิริสุธานันท์)

.....กรรมการ

(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนัญญะกุล)

.....กรรมการ

(นางธรรมวรรณ หนูนโรสสง)

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางเกศยา ศรีอำไพ)