




รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ (Automate Extraction)


1. เป็นเครื่อง ที่ใช้สกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ โดยวิธีการใช้เม็ดแม่เหล็ก
2. สามารถสกัดสารพันธุกรรมจากสิ่งส่งตรวจ เช่น เนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต, เซลล์, แบคทีเรีย
3. มีหลอดแสงอัลตราไวโอเลต 1 ชุด ประกอบอยู่ในเครื่อง
4. สามารถใช้กับปริมาณตัวอย่างได้ไม่เกิน 200 ไมโครลิตร
5. สามารถสกัดตัวอย่างได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 24 ตัวอย่าง
6. ภายในตัวเครื่องสามารถบรรจุ 96well plate หรือ microplate ได้อย่างละไม่น้อยกว่า 2 plates
7. มีน้ำยาสกัดสารพันธุกรรมสำหรับเครื่องสกัด จำนวนไม่น้อยกว่า 320 ตัวอย่าง
8. มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องจำนวน 1 ชุด
9. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
10. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
11. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขาย และบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
12. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานแก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้ดี
13. ส่งมอบ และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อ่างโสภาส)


.....กรรมการ
(นางมาลี อีรานุสนธิ์)


.....กรรมการ
(นางกิ่งดาว หมอแก้ว)


.....กรรมการ
(นายสรารัฐ ชูกระชั้น)

.....กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

.....กรรมการ
(นางวลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ)

.....กรรมการ
(นางธรรมวรรณ ไทขุนโฮง)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิตติพงษ์ ศิริสุทรานันท์)

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางเกศยา ศรีอำไพ)

เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ (Automate Extraction)

