

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องควบคุมอุณหภูมิความเย็น (Cool cabinet)

1. เป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิความเย็นมีลักษณะเป็นตู้ทึบตามรูป ทำจากโลหะสแตนเลสคุณภาพดี(เกรด 304) มีผนัง 2 ชั้น ภายในมีขนาดกว้างxลึกxสูง ไม่น้อยกว่า 180x120x100 เซนติเมตร ภายในมีขนาด กว้างxลึกxสูง ไม่น้อยกว่า 170x100x90 เซนติเมตร มีล้อด้านล่าง 4 ล้อ สามารถล็อกได้อย่างน้อย 2 ล้อ
2. ภายในตู้มีพัดลมกระจายความเย็น ไม่น้อยกว่า 2 ตัว กระจายความเย็นสม่ำเสมอทั้งตู้ มีหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ขนาดกำลังไฟ ไม่น้อยกว่า 18 วัตต์อย่างน้อย 1หลอด ให้ความสว่างภายในตู้ โดยมีสวิทช์ ปิด-เปิดไฟอยู่ด้านนอกตู้
3. ระดับพื้นที่ทำงานในตู้ สูงจากพื้นห้องประมาณ 70-80 เซนติเมตร
4. มีภาชนะรองรับน้ำ สามารถรองรับน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1 ลิตร ที่ด้านล่างของตู้
5. ที่ผนังด้านข้างตู้มีช่อง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-7 เซนติเมตร สำหรับให้สายไฟลอดผ่านและมีแผ่นยางเจาะรูตรงกลางปิดช่องดังกล่าวเพื่อป้องกันความเย็นรั่วซึมออก
6. มี compressor ชนิด rotary ขนาดไม่น้อยกว่า 1/2 แรงม้า
7. สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 2-10 องศาเซลเซียส และมีจอแสดงอุณหภูมิปัจจุบันเป็นระบบดิจิตอล
8. มีประตูตู้อยู่ด้านหน้า ประตูเป็นบานเลื่อนกระจก 3 บาน มีขนาด 70 x 50 เซนติเมตร (กว้างxยาว) และเลื่อนได้ทั้ง 3 บาน สามารถยื่นมือเข้าไปปฏิบัติงานได้ 2 คน
9. มีสวิทช์ปิด-เปิดเครื่องอยู่ด้านหน้า
10. มีระบบควบคุมกระแสไฟฟ้า(stabilizer)ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 VA
11. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ตซ์ ได้
12. มีคู่มือการใช้งานและวิธีการบำรุงรักษา 1 ชุด
13. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
14. ส่งมอบและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ลงนามทำใ้ข้อประมาณ 2557

[Handwritten Signature]

.....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ ธำรงโอกาส)

.....กรรมการ

(นางมาลี ธีรานุสนธิ์)

.....กรรมการ

(นางกิงดาว หมอแก้ว)

.....กรรมการ

(นายสรราช ชูกระชั้น)

.....กรรมการ

(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

.....กรรมการ

(นางวลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ)

.....กรรมการ

(นางธรรมวรรณ หนูนโธสง)

.....กรรมการและเลขานุการ

(นายกิติพงศ์ ศิริสุทธานันท์)

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางเกศยา ศรีอำไพ)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องควบคุมอุณหภูมิความเย็น(Cool cabinet)

