


รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 ลิตร


1. เป็นตู้บ่มเชื้อ(Incubator) ที่มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 ลิตร ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microprocessor แสดงค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลขไฟฟ้าและมีสัญญาณไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
2. ผนังด้านนอกของตัวตู้ทำด้วยโลหะเคลือบสีกันสนิม
3. ที่ฐานตู้มีล้อ 4 ล้อ ช่วยให้สะดวกต่อการติดตั้งและการเคลื่อนย้าย
4. ผนังด้านในทำด้วยโลหะสแตนเลส ภายในตู้มีชั้นวางสแตนเลส ไม่น้อยกว่า 4 ชั้น สามารถปรับระดับได้ และสามารถติดตั้งเพิ่มรวมได้ไม่น้อยกว่า 16 ชั้น
5. มีช่องเปิดพร้อมฝาเกลียวหรือจุกปิด
6. สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0 ถึง ไม่น้อยกว่า 65 องศาเซลเซียส มีค่าFluctuation ไม่เกิน ± 0.1 องศาเซลวินหรือองศาเซลเซียส และมีค่าUniformity ไม่เกิน ± 0.1 องศาเซลวินหรือองศาเซลเซียส
7. มีระบบหมุนเวียนอากาศแบบผสม Combine forced and natural convection โดยหมุนเวียนอากาศเฉพาะรอบพื้นที่ใช้งาน
8. สามารถตั้งโปรแกรมของอุณหภูมิในการทำงานได้ไม่น้อยกว่า 8 ชั้นและตั้งเวลาในการทำงานได้ตั้งแต่ 1 ชั่วโมง ถึงไม่น้อยกว่า 99 ชั่วโมง
9. มีระบบป้องกันอันตรายจากอุณหภูมิสูงเกิน
10. มีสัญญาณเตือน กรณีมีความผิดปกติของอุณหภูมิ
11. ตู้บ่มเชื้อต้องได้รับการสอบเทียบที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสจากห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025
12. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
13. ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิรท์ได้
14. รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ
15. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
16. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
17. ส่งมอบ ติดตั้งและทดลอง จนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


.....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)


.....กรรมการ
(นางมาลี อีรานุสนธิ์)


.....กรรมการ
(นางกิงดาว หมอแก้ว)


.....กรรมการ
(นายสรารุช ชูกระชั้น)

.....กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

.....กรรมการ
(นางวัลย์กานต์ เจียมเจตจรูญ)

.....กรรมการ
(นางธรรมวรรณ หนุ่นไธสง)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิตติพงศ์ ศิริสุทธานันท์)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางเกศยา ศรีอำไพ)

