


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องชั่งสารชนิดทศนิยม 2 ตำแหน่ง

1. เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าชนิดทศนิยม 2 ตำแหน่ง มีจอแสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้าแบบ High Contrast Display
2. สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 4,200 กรัม อ่านค่าได้ละเอียดไม่เกิน ± 0.01 กรัม มีค่า Repeatability ผิดพลาดไม่เกิน ± 0.01 กรัม และมีค่า Linearity ไม่เกิน 0.02 กรัม
3. สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะ (Tare range) ได้ตลอดช่วงการชั่ง
4. งานชั่งทำด้วยโลหะปลอดสนิม มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 170 มิลลิเมตร และมีขนาดยาวไม่น้อยกว่า 200 มิลลิเมตร
5. มีระบบปรับเครื่องให้ได้มาตรฐานอยู่ภายในเครื่อง (Internal adjustment หรือ Internal calibration) และมีระบบปรับเครื่องให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมในการชั่ง
6. สามารถเลือกหน่วยในการชั่งได้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วย คือ mg g และ kg
7. มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน
8. มี interface สำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ผล
9. ส่วนควบคุมการทำงาน มีพลาสติกใสคลุม
10. มีตุ้มน้ำหนักที่ได้มาตรฐาน OIML Class F1 พร้อมใบรับรองการสอบเทียบจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จำนวน 2 ขนาด ดังนี้

10.1 ขนาด 100 กรัม	จำนวน 1 ลูก
10.2 ขนาด 2 กิโลกรัม	จำนวน 1 ลูก
11. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 ชุด
12. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต ได้
13. รับประกันคุณภาพ 1 ปี พร้อมบริการตรวจสอบสภาพและการทำงานของเครื่องชั่งทุก 6 เดือนในระหว่างการรับประกัน นับจากวันส่งมอบ
14. เป็นเครื่องชั่งที่ผ่านการสอบเทียบ ณ สถานที่ตั้งเครื่องชั่ง และทำการสอบเทียบที่จุดสอบเทียบ 1 10 50 100 200 500 1,000 2,000 3,000 และ 4,000 กรัม จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025
15. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน CE
16. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
17. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานเครื่องชั่ง พร้อมรับผิดชอบการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่องชั่ง
18. ส่งมอบเครื่องชั่งพร้อมใบรับรองสอบเทียบผ่าน ของเครื่องชั่งและตุ้มน้ำหนัก และทดลองจนใช้งานได้ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

 ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)

 กรรมการ
(นางมาลี อีรานุสนธิ์)

 กรรมการ
(นางกิงดาว หมอแก้ว)

.....กรรมการ
(นายสรารุช ชูกระชั้น)

.....กรรมการ
(นางวลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิตติพงศ์ ศิริสุทธานันท์)

.....กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนัญญะกุล)

.....กรรมการ
(นางธรรมาวรรณ หนูนไธสง)

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางเกศยา ศรีอำไพ)