

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

~~ตัวจ่ายสารละลาย ขนาด 10-50 มิลลิลิตร หรืออนุปรณ์~~

เครื่องจ่ายสารละลายขนาด 50 มล. (Dispenser)




1. เป็นตัวจ่ายสารละลายสามารถใช้กับตัวทำละลายอินทรีย์ (Organic Solvent) ได้ มีขีดบอกระดับปริมาตรมองเห็นได้ชัดเจน
2. สามารถจ่ายสารละลายได้ ตั้งแต่ 10-50 มิลลิลิตร มีค่าความละเอียดในการปรับปริมาตรไม่เกิน 1.0 มิลลิลิตร มีค่าความแม่นยำผิดพลาดไม่เกิน 0.5% และมีค่าความเที่ยงผิดพลาดไม่เกิน 0.1%
3. มีจุกปิดที่ปากตัวจ่ายสารละลาย หรือมีระบบวาล์วเพื่อป้องกันการระเหยของสารภายในกระบอกได้
4. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่อง 1 ชุด
5. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
6. ส่งมอบ และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด






ขอคุณที่ไปรษณีย์ประกาศ 2557



(นายไพโรจน์ ช่างเอกาส)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



..... ประธานกรรมการ
(นางเจิดฉาย ธีรทินรัตน์)


..... กรรมการ
(นางสาววารุณี พานิชผล)
..... กรรมการ
(นางมาลี ธีรานุสนธิ์)
..... กรรมการ
(นายเชิรชัย อนงค์รักษ์)
..... กรรมการ
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
..... กรรมการและเลขานุการ
(นายกิตติพงศ์ ศิริสุทธานันท์)
..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวภิรมภรณ์ เกื้อนถ้ำแก้ว)