

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตู้อบ Hot air oven

1. ตู้ควบคุมอุณหภูมิในช่วงอุณหภูมิห้อง + 10 องศาเซลเซียส ถึงไม่น้อยกว่า 250 องศาเซลเซียส
2. มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร
3. มีระบบความร้อน (Heating Type)แบบ Natural convection
4. มีระบบควบคุมการทำงานแบบDigital PID Controller หรือ RTD Controller
5. เครื่องสามารถตั้งเวลาการทำงานและสามารถเลือกทำงานแบบต่อเนื่องได้
6. Sensor เป็นแบบ Pt 100
7. มีอุปกรณ์ระบบความปลอดภัยดังต่อไปนี้
 - 7.1 อุปกรณ์ป้องกันอุณหภูมิสูงเกินไปแบบ Hydraulic
 - 7.2 มี Breaker ตัดกระแสไฟฟ้า
8. มีพัดลมช่วยหมุนเวียนอากาศภายใน
9. Chamber ภายในทำด้วย Stainless steel โค้งมน ไม่มีรอยต่อด้านข้าง
10. โครงสร้างภายนอกทำด้วยโลหะเคลือบ
11. ขนาดตัวตู้ภายใน (W X D X H) ไม่น้อยกว่า 400 X 300 X 400 มม.
12. มีชั้นวางมาพร้อมเครื่องไม่น้อยกว่า 2 ชั้น
13. ใช้ไฟฟ้าขนาด 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
14. มีคู่มือประกอบการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
15. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี
16. บริษัทต้องรับผิดชอบบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่
17. ส่งมอบและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)

.....กรรมการ
(นางมาลี อีรานุสนธิ์)

.....กรรมการ
(นางกิงดาว หมอแก้ว)

.....กรรมการ
(นายสรารัฐ ชูกระชั้น)

.....กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

.....กรรมการ
(นางวลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ)

.....กรรมการ
(นางธรรมวรรณ หนูนโธสง)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิติพงศ์ ศิริสุทรานันท์)

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางเกศยา ศรีอำไพ)