




รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบยิ่งยวด


1. เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบยิ่งยวดชนิดพกพา มีจอแสดงอุณหภูมิแบบตัวเลขสามารถแสดงผลเป็นหน่วย องศาเซลเซียส(°C)และองศาฟาเรนไฮต์(°F) ได้ และสามารถแสดงค่าต่ำสุด/สูงสุดได้
2. สามารถวัดอุณหภูมิได้ในช่วง -250 องศาเซลเซียส (-418 องศาฟาเรนไฮต์) ถึง +400 องศาเซลเซียส (752 องศาฟาเรนไฮต์) มีความละเอียดของการวัด (resolution) ไม่เกิน 1 องศาเซลเซียส เมื่อใช้วัดอุณหภูมิที่ต่ำกว่า -99 องศาเซลเซียส โดยมีค่าความแม่นยำ (accuracy) ผิดพลาดไม่เกิน $\pm 0.5\% + 1^{\circ}\text{C}$
3. สามารถใช้ได้กับหัววัดอุณหภูมิ (thermocouple probe) แบบ type K, J และ T
4. สามารถปรับขีดเขยค่าความคลาดเคลื่อน thermocouple probe ที่ต่ออยู่ได้
5. ตัวเครื่องด้านหน้าออกแบบให้สามารถป้องกันน้ำกระเด็นใส่ในตัวเครื่องได้
6. มีฟังก์ชันสามารถปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน (sleep mode or auto power-off function) เพื่อช่วยยืดอายุแบตเตอรี่
7. ใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ขนาด AA หรือ AAA โดยมีอายุการทำงานของแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง
8. อุปกรณ์ประกอบ มีดังนี้
 - 8.1 thermocouple probe type T 1 ชุด
 - 8.2 สายต่อ thermocouple probe ยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร และอุปกรณ์จับปลายสาย
 - 8.3 แบตเตอรี่สำหรับใช้กับเครื่องวัดอุณหภูมิ
 - 8.4 กระเป๋าสำหรับบรรจุเครื่องวัดอุณหภูมิและ thermocouple probe
9. รับประกันคุณภาพ 1ปี
10. มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษและไทย 1 ชุด
11. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน CE
12. ตัวเครื่องและ probe ผ่านการสอบเทียบจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO/EC 17025
13. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่
14. ส่งมอบเครื่องพร้อมใบรับรองผ่านการสอบเทียบและทดลองใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


.....  ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ อารังโสภา)


.....  กรรมการ
(มาลี อีรานสนธิ์)


.....  กรรมการ
(นางกิงดาว หมอแก้ว)


.....  กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

.....  กรรมการ
(นางวัลย์กานต์ เจียมเจตจรรุญ)

.....  กรรมการ
(นางธรรมวรรณ หนุนไธสง)

.....  กรรมการ
(นายสรารุช ชูกระชั้น)

.....  กรรมการและเลขานุการ
(นายกิตติพงษ์ ศิริสุทธนันท์)

.....  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางเกศยา ศรีอำไพ)