

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องนับโคลน

1. เป็นเครื่องนับจำนวนโคลนของแบคทีเรียมีจอแสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้าพร้อมปุ่มสำหรับปรับให้เป็นศูนย์เพื่อเริ่มนับจำนวนใหม่
2. มีปากกาแบบไฟฟ้าและมีเสียงดังในขณะนับ
3. พื้นที่ตรวจนับมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 14 เซนติเมตร
4. สามารถปรับความสว่างของพื้นหลังได้ไม่น้อยกว่า 2 ระดับ
5. มีแว่นขยายเพื่อทำให้การนับเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
6. ใช้ไฟฟ้า 220 หรือ 230 โวลท์ ได้
7. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
8. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ชุด (หรือโอกาส)
9. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขาย และจัดหน่วยซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
10. ส่งมอบและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขอเสนอราคาไปจนถึงประมาณ 25๕7

[Signature]

[Signature] ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ อังระโสภาส)

[Signature] กรรมการ
(นางมาลี อีรานุสนธิ)

[Signature] กรรมการ
(นางกิงดาว หมอแก้ว)

[Signature] กรรมการ
(นายสรราช ชูกระชั้น)

[Signature] กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

[Signature] กรรมการ
(นางวลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ)

[Signature] กรรมการ
(นางธรรมวรรณ หุ่นไธสง)

[Signature] กรรมการและเลขานุการ
(นายกิติพงศ์ ศิริสุทธานันท์)

[Signature] กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
(นางเกศยา ศรีอำไพ)

[Signature]