



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ชุดย่อยสารละลายตัวอย่าง Kjeldahl (Kjeldahl micro digester)

1. เป็นชุดย่อยสารละลายตัวอย่างแบบ kjeldahl ด้วยความร้อน ประกอบด้วย
  - 1.1 เต้าไฟฟ้าชนิด 6 เต้าในเครื่องเดียวกัน 1 ชุด
  - 1.2 ท่อแก้วดักไอกรด พร้อมชุดดูดไอกรด 1 ชุด
- 2 เต้าไฟฟ้าชนิด 6 เต้าในเครื่องเดียวกัน มีลักษณะดังนี้
  - 2.1 เป็นเต้าให้ความร้อนเรียงติดกัน 6 เต้าในเครื่องเดียวกัน
  - 2.2 มีปุ่มควบคุมความร้อนแยกกันแต่ละเต้า พร้อมสัญญาณไฟแสดงการทำงานของแต่ละเต้า และสามารถปรับความร้อนได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 800 องศาเซลเซียส
  - 2.3 ตัวเครื่องภายนอกทำด้วยโลหะ stainless หรืออะลูมิเนียมเคลือบ epoxy
  - 2.4 มีฉนวนกันความร้อนเป็น ceramic หรือ mineral wool
  - 2.5 มีอุปกรณ์จับยึดท่อแก้วดักไอกรด โดยยึดติดกับเต้า
  - 2.6 แต่ละเต้ามี mounted brackets สามารถใส่หลอด kjeldahl ขนาด 18-50 มิลลิเมตรได้
  - 2.7 มีขนาดความลึกxกว้างxสูง 160 มิลลิเมตร x 520 มิลลิเมตร x 162 มิลลิเมตร โดยประมาณ
  - 2.8 ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต ได้
  - 2.9 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9000 series และได้รับการรับรองมาตรฐาน CE
- 3 ท่อแก้วดักไอกรดพร้อมชุดดูดไอกรด มีลักษณะดังนี้
  - 3.1 เป็นท่อแก้วทรงกลมทำจากแก้ว มีความยาวเหมาะสมกับความยาวของเต้า
  - 3.2 ท่อแก้วมีรู 6 รู มีปลายปิด 1 ด้าน ปลายเปิด 1 ด้าน โดยปลายเปิดมีลักษณะเป็นเดือยยื่นสำหรับต่อกับท่อของชุดดูดไอกรดได้
  - 3.3 ชุดดูดไอกรด มีลักษณะเป็นท่อสามทาง ทำจากวัสดุที่สามารถทนการกัดกร่อนของสารเคมีได้ พร้อมสายซิลิโคนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อประมาณ 1/2 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร 1 เส้น
- 4 รับประกันคุณภาพการใช้งานของตัวเครื่อง 1 ปี
- 5 มีคู่มือประกอบการใช้งาน 1 ชุด
- 6 ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
- 7 ส่งมอบ และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


  
ประธานกรรมการ  
(นายไพโรจน์ จ้างโรภาส)


  
กรรมการ  
(นางมาลี ธีรานุสนธิ์)


  
กรรมการ  
(นางกิงดาว หมอแก้ว)


  
กรรมการ  
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนัญญะกุล)

  
กรรมการ  
(นางวลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ)

  
กรรมการ  
(นางธรรมววรรณ หนุ่นไธสง)

  
กรรมการ  
(นายสรารุช ชูกระชั้น)

  
กรรมการและเลขานุการ  
(นายกิติพงษ์ ศิริสุทธานันท์)

  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางเกศยา ศรีอำไพ)