



รายละเอียดคุณลักษณะ


อุปกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 20-200 µl


1. เป็นเครื่องดูดจ่ายสารละลายปริมาตร 20-200 ไมโครลิตร ชนิดช่องทางเดียว
2. มีค่าความแม่นยำ ที่ปริมาตร 20 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์ ที่ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 0.8 เปอร์เซ็นต์ และที่ปริมาตร 200 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 0.6 เปอร์เซ็นต์
3. มีค่าความเที่ยง ที่ปริมาตร 20 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 1 เปอร์เซ็นต์ ที่ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 0.3 เปอร์เซ็นต์ และที่ปริมาตร 200 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 0.15 เปอร์เซ็นต์
4. แสดงปริมาตรเป็นตัวเลข
5. มีตัวปลดทึบ
6. ตัวเครื่องทำจากวัสดุที่สามารถ autoclave ที่อุณหภูมิ 121°C ได้ทั้งตัว
7. มีทึบ จำนวน 1000 ชิ้น และกล่องสำหรับเสียบทึบ จำนวน 1 กล่อง
8. เป็นเครื่องที่ผ่านการสอบเทียบจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 17025 ที่ ปริมาตร 20, 100 และ 200 ไมโครลิตร
9. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
10. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่อง 1 ชุด
11. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขาย และบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
12. ส่งมอบเครื่อง พร้อมใบผ่านการสอบเทียบ Micropipette และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่ กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)


.....กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)


.....กรรมการ
(นางกิงดาว หมอแก้ว)


.....กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนัญญะกุล)

.....กรรมการ
(นางศศิพร ช่อลำไย)

.....กรรมการ
(นายณัฐพัชร บุญมีเกษมสันต์)

.....กรรมการ
(นายนฤเบศ เนินทอง)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิติพงษ์ ศิริสุธานันท์)

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสรารัฐ ชูกระชั้น)