

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องเขย่าขวดตัวอย่างแบบ Orbital

1. เป็นเครื่องเขย่าขวดตัวอย่างแบบ orbital มีจอแสดงค่าในการเขย่าและเวลาเป็นตัวเลข
2. สามารถตั้งความเร็วในการเขย่าได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 200 รอบต่อนาทีและช่วงกว้างของการเขย่าไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร
3. สามารถทำงานได้ทั้งแบบต่อเนื่องหรือแบบตั้งเวลาได้ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง
4. มีขนาดไม่น้อยกว่า 400 x 290 มิลลิเมตรและอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับใช้เขย่าแบบ spring rack หรือ shaking net shaking rack หรือ shaking plate with springs จำนวน 1 ชุด
5. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา 1 ชุด
6. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิรท์ ได้
7. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
8. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
9. ส่งมอบ และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.58

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature] ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)

[Handwritten Signature] กรรมการ
(นางมาลี อีรานุสนธิ์)

[Handwritten Signature] กรรมการ
(นางกิงดาว หมอแก้ว)

[Handwritten Signature] กรรมการ
(นายสรราช ชูกระชั้น)

[Handwritten Signature] กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

[Handwritten Signature] กรรมการ
(นางวลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ)

[Handwritten Signature] กรรมการ
(นางธรรมวรรณ หนูนโรสง)

[Handwritten Signature] กรรมการและเลขานุการ
(นายกิติพงษ์ ศิริสุทธนันท์)

[Handwritten Signature] กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางเกศยา ศรีอำไพ)

[Handwritten Signature]