




รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตู้เก็บสารเคมีชนิดกรองไอสารเคมี


1. เป็นตู้เก็บสารเคมีแบบไร้ท่อ สามารถกำจัดไอระเหยสารเคมีโดยใช้แผ่นกรองดักจับ
2. ตัวตู้ภายนอกมีขนาดกว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า 810 x 350 x 720 มิลลิเมตร และสามารถเก็บขวดสารเคมีขนาด 1 ลิตร ได้ไม่น้อยกว่า 45 ขวด
3. โครงสร้างตัวตู้ทำด้วยโลหะ เคลือบด้วย chemical resistant epoxy-polyester paint หรือ chemical-resistant epoxy
4. ภายในตู้แบ่งเป็นสองฝั่ง โดยในแต่ละฝั่งแบ่งไม่น้อยกว่า 2 ชั้น สามารถปรับระดับได้ และประตูตู้ทำด้วย acrylicใส สามารถมองเห็นภาชนะที่จัดเก็บอยู่ภายในตู้ได้
5. สามารถดักจับไอสารอินทรีย์ และกรด โดยใช้พัดลมดูดอากาศในตัวผ่านแผ่นกรอง ขณะที่พัดลมดูดอากาศทำงาน มีเสียงดังไม่เกิน 50 เดซิเบล
6. มีความสามารถในการกรอง ไม่น้อยกว่า 75 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
7. ภายในตู้มีถาดเพื่อรองรับของเหลวที่หกอยู่ด้านล่างของตู้
8. สามารถกรองไอระเหยสารเคมีได้ตามมาตรฐาน AFNOR NFX 15-211 หรือมาตรฐาน BS 7989:2001
9. ตัวตู้ผลิตได้ตามมาตรฐาน CE
10. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิรท์ ได้
11. มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
12. รับประกันคุณภาพ 1 ปี และบริการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานทุก 6 เดือนนับจากวันที่ส่งมอบในระหว่างการรับประกัน
13. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขาย และบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
14. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานเครื่อง ให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
15. ส่งมอบ ติดตั้งและทดลองจนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



.....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ อึ้งโรจน์)



.....กรรมการ
(นางมาลี อึ้งโรจน์)


.....กรรมการ
(นางกิงดาว หมอแก้ว)



.....กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนัญญะกุล)


.....กรรมการ
(นางวัลย์กานต์ เจียมเจตจรูญ)


.....กรรมการ
(นางชนนมาวรรณ หนูนโรสง)


.....กรรมการ
(นายสรารุช ชูกระชั้น)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิตติพงษ์ ศิริสุทธานันท์)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางเกศยา ศรีอำไพ)

ผู้เก็บสารเคมีชนิดกรองไอสารเคมี

