


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Enclosed


เครื่องเตรียมเนื้อเยื่อระบบปิด (Enclose-Tissue Processor)


1. เป็นเครื่องเตรียมเนื้อเยื่ออัตโนมัติระบบปิด (Enclose Tissue Processor) ควบคุมและสั่งงานแบบ Touch Screen หรือ Key Pad และมีจอแสดงผลแบบสี
2. มีถังบรรจุน้ำยาขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2.5 ลิตร ไม่น้อยกว่า 9 ถัง และมีถังบรรจุพาราฟิน หรือwax ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2.5 ลิตร ไม่น้อยกว่า 3 ถัง
3. มีตะกร้าบรรจุตุ้มใส่ชิ้นเนื้อ สามารถบรรจุได้ไม่น้อยกว่า 300 ตลับ
4. มีระบบควบคุมและสามารถตั้งโปรแกรมการทำงานได้ไม่น้อยกว่า 10 โปรแกรมโดยสามารถเลือกการทำงานของระบบสุญญากาศ และระบบความร้อนเพื่อช่วยในการซึมของน้ำยากับชิ้นเนื้อให้เข้ากันได้
5. สามารถตั้งเวลาการทำงานล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 7 วัน
6. มีระบบการหมุนเวียนของน้ำยาเพื่อช่วยให้น้ำยาแทรกซึมเข้ากับชิ้นเนื้อได้ดียิ่งขึ้น
7. มีระบบการจัดการน้ำยา และเปลี่ยนตำแหน่งของน้ำยาอัตโนมัติ
8. มีระบบดูดน้ำยาทดแทนในกรณีที่เกิดการอุดตันของสายน้ำยาเตรียมชิ้นเนื้อหรือน้ำยาหมดขวด
9. มีระบบเปลี่ยนถ่ายน้ำยา หรือระบบระบายน้ำยา
10. มีระบบดูดกลิ่น และไอระเหยสารเคมีภายในเครื่อง โดยใช้ตัวกรองชนิด Charcoal Filter หรือ Carbon Filter หรือ Active coals
11. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
12. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
15. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตได้
16. รับประกันคุณภาพ 1 ปี/พร้อมการตรวจเช็คสภาพเครื่องทุก 6 เดือน ในระหว่างการรับประกัน
17. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
18. ผู้ขายต้องสอนการใช้เครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
19. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลอง จนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)



กรรมการ
(นางมาลี อีรานุสนธิ์)



กรรมการ
(นางกิงดาว หมอแก้ว)



กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)


กรรมการ
(นางวลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ)


กรรมการ
(นางธรรมวรรณ หนูนไฮสง)


กรรมการ
(นายสรารัฐ ชูกระชั้น)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิตติพงศ์ ศิริสุทรานันท์)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางเกศยา ศรีอำไพ)