




รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องสกัดสารด้วยระบบผ่านเฟสของแข็ง พร้อมอุปกรณ์

1. เป็นชุดสกัดสารด้วยระบบผ่านเฟสของแข็ง (Solid Phase Extraction Manifold) ชนิด 24 port จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
 - 1.1 โถแก้วอย่างหนาสำหรับรองสารตัวอย่าง (Glass Chamber) จำนวน 1 อัน
 - 1.2 วาล์วสำหรับต่อกับปั๊มลม พร้อมทั้งวัดความดัน (Vacuum Valve and Gauge)
 - 1.3 ฝาปิดโถแก้วเป็นแบบพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (Polypropylene Lid) มีช่องสำหรับบรรจุสารตัวอย่าง 24 ช่อง จำนวน 1 อัน
 - 1.4 แผ่นรองฝาปิดโถแก้ว (Gasket) จำนวน 4 อัน
 - 1.5 ชุดถาดพลาสติกสำหรับวางรองขวดสารตัวอย่าง (Collection Rack Plates) จำนวน 1 ชุด
 - 1.6 ขาตั้งสำหรับชุดถาดพลาสติก (Support Posts for Collection Racks) จำนวนไม่น้อยกว่า 12 อัน
 - 1.7 คลิปสำหรับยึดขาตั้ง (Retaining Clips for Collection Racks) จำนวนไม่น้อยกว่า 24 อัน
 - 1.8 ขาตั้งสำหรับฝาดครอบโถแก้ว (Lid Legs) จำนวนไม่น้อยกว่า 4 อัน
 - 1.9 ฝาปิดช่องสารตัวอย่างบนฝาดครอบโถแก้ว (Caps for Lid Inlets หรือ Caps for Inlets) จำนวนไม่น้อยกว่า 100 อัน
 - 1.10 Waste Container จำนวนไม่น้อยกว่า 1 อัน
 - 1.11 ข้อต่อพลาสติกสำหรับหมุนปิด-เปิดช่องสารตัวอย่าง (Stopcock Valves) จำนวนไม่น้อยกว่า 24 อัน
 - 1.12 Female Luer Inlet เป็นพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนหรือไนลอนจำนวนไม่น้อยกว่า 26 อัน
 - 1.13 Male Luer Outlet เป็นพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนหรือไนลอนจำนวนไม่น้อยกว่า 26 อัน
 - 1.14 มีหลอดพร้อม Adapter สำหรับใส่สารละลายปริมาตรไม่น้อยกว่า 12 มิลลิลิตร จำนวนไม่น้อยกว่า 500 ชุด
 - 1.15 มีเครื่องปั๊มชนิดไม่ใช้น้ำมัน สามารถทำงานได้ทั้งแรงดันสุญญากาศ (Vacuum) ได้ไม่ต่ำกว่า 25 นิ้วปรอท และความดัน (pressure) ได้สูงสุดไม่ต่ำกว่า 60 psi ใช้งานได้กับไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิรท์
 - 1.16 มีอุปกรณ์ดักสารละลายไม่ให้เข้าไปในเครื่องปั๊มสุญญากาศ (Liquid Trap) ชนิด Glass Flask จำนวน 1 ชุด และชนิด In Line Filter สำหรับเครื่องปั๊มสุญญากาศ จำนวน 3 อัน พร้อมสายยาง จำนวน 1 ชุด
2. ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9000 series
3. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
4. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
5. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขาย และบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
6. ส่งมอบและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



.....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)



.....กรรมการ
(นางมาลี อีรานุสนธิ์)



.....กรรมการ
(นางกิงดาว หมอแก้ว)



.....กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนัญญะกุล)


.....กรรมการ
(นางวลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ)


.....กรรมการ
(นางธรรมาวรรณ หนูนไธสง)


.....กรรมการ
(นายสรารุช ชูกระชั้น)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิติพงศ์ ศิริสุทธนันท์)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางเกศยา ศรีอำไพ)

