


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องผสมตัวอย่างอาหารสัตว์ให้เป็นเนื้อเดียวกัน

- 1 เป็นเครื่องผสมตัวอย่างที่มีลักษณะเป็นผงให้เป็นเนื้อเดียวกัน ประกอบด้วย
 - 1.1 ส่วนตัวถังผสม
 - 1.2 ตู้ควบคุมการทำงาน
- 2 ส่วนตัวถังผสมมีลักษณะดังนี้
 - 2.1 มีลักษณะเป็นทรงกระบอกหัวและท้ายเป็นทรงกรวย มีฝาปิดด้านบนและด้านล่าง ทำจากโลหะสแตนเลสเกรด 304 หรือดีกว่า
 - 2.2 ตัวถังผสมสามารถรองรับตัวอย่างได้สูงสุดประมาณ 25 กิโลกรัม
- 3 ตู้ควบคุมการทำงานมีลักษณะดังนี้
 - 3.1 โครงสร้างตู้ควบคุมการทำงาน ทำจากโลหะสแตนเลสเกรด 304 หรือดีกว่ามีขนาดภายนอกไม่เกิน (กว้าง x ยาว x สูง) 1,000 x 900 x 1,100 มิลลิเมตร
 - 3.2 มีมอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.1 กิโลวัตต์
 - 3.3 มีแผงควบคุมการทำงานประกอบด้วย ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง ปุ่มปรับความเร็วในการหมุน ปุ่มตั้งเวลา และปุ่มปรับตัวถังผสมให้อยู่ในตำแหน่งเหมาะสมในการใส่และถ่ายตัวอย่าง
 - 3.4 ลักษณะการหมุนของถังผสมเป็นแบบ 3 มิติ
 - 3.5 สามารถตั้งเวลาในการทำงานได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ชั่วโมง
 - 3.6 สามารถปรับความเร็วรอบ ระหว่าง 0-24 รอบต่อนาที
- 4 น้ำหนักของเครื่องไม่เกิน 300 กิโลกรัม
- 5 มีอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ดังนี้
 - 5.1 มีนํ้ายาสำหรับทำความสะอาดตัวถังผสมจำนวนไม่น้อยกว่า 100 มิลลิลิตร
 - 5.2 บันไดสแตนเลสแบบไม่น้อยกว่า 3 ชั้น สำหรับเทตัวอย่างจำนวน 1 ชุด
 - 5.3 ถังพลาสติก พร้อมฝาปิดสนิทที่สามารถรองรับตัวอย่างจากถังผสมได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 25 ลิตร พร้อมรถเข็น จำนวน 1ชุด
- 6 ใช้ไฟฟ้า 3 เฟส 380 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
- 7 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001-2008
- 8 มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาภาษาไทย จำนวน 1 ชุด
- 9 รับประกันคุณภาพ 1 ปี พร้อมตรวจเช็คสภาพเครื่องทุกๆ 6 เดือนภายในระยะเวลารับประกัน
- 10 ผู้ขายต้องสาธิต และฝึกสอนการใช้เครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
- 11 ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขาย และบริการจัดหาอะไหล่เครื่อง




- 12 ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องผสมตัวอย่างอาหารสัตว์ให้เป็นเนื้อเดียวกัน จากห้องควบคุมไฟฟ้า ถึงจุดติดตั้งเครื่องมือให้มีความเหมาะสม
- 13 ส่งมอบ ติดตั้งและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



.....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)



.....กรรมการ
(นางมาลี อีรานุสนธิ์)



.....กรรมการ
(นางกิงดาว หมอแก้ว)



.....กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)


.....กรรมการ
(นางวลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ)


.....กรรมการ
(นางธรรมวรรณ หนูนไธสง)


.....กรรมการ
(นายสรราช ชูกระชั้น)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิตติพงศ์ ศิริสุทธานันท์)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางเกศยา ศรีอำไพ)