

ทว 28/56

ทว. 99/57

ทว. 71/58


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องนับโคลน


1. เป็นเครื่องนับจำนวนโคลนของแบคทีเรียมีจอแสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้าพร้อมปุ่มสำหรับปรับให้เป็นศูนย์เพื่อเริ่มนับจำนวนใหม่
2. มีปากกาแบบไฟฟ้าและมีเสียงดังในขณะนับ
3. พื้นที่ตรวจนับมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 14 เซนติเมตร
4. สามารถปรับความสว่างของพื้นหลังได้ไม่น้อยกว่า 2 ระดับ
5. มีแว่นขยายเพื่อทำให้การนับเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
6. ใช้ไฟฟ้า 220 หรือ 230 โวลท์ ได้
7. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
8. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
9. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขาย และจัดหน่วยให้ลูกค้าตรวจสอบคุณภาพสินค้าปัสต์วี
10. ส่งมอบและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2558.


ขอเสนอให้ปีงบประมาณ 2557



.....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ ช่างโอกาส)



.....กรรมการ
(นางมาลี ชีรานุสนธิ์)



.....กรรมการ
(นางกิงดาว หมอแก้ว)



.....กรรมการ
(นายสรสวรรค์ ชูกระชั้น)


.....กรรมการ
(นายอานุวัฒน์ ศิริรัตนธัญญะกุล)


.....กรรมการ
(นางวลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ)


.....กรรมการ
(นางธรรมวรรณ หนุ่นไธสง)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิติพงษ์ ศิริสุธานันท์)


.....กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
(นางเกษยา ศรีอำไพ)

เครื่องนับโคลน