



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ตู้บ่มเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร

1. เป็นตู้บ่มเชื้อขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ Microprocessor หรือระบบ Electronic multifunction temperature controller แสดงค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลข
2. โครงสร้างภายในทำด้วยโลหะสแตนเลส
3. ภายในตู้สามารถวางชั้นใส่ของปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 2 ระดับ และมีชั้นวางของทำด้วยโลหะ สแตนเลส หรือเป็น Chrome plated rack จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชั้น
4. มีประตูแบบ 2 ชั้น ชั้นนอกทำด้วยโลหะสแตนเลสหรือโลหะเคลือบ และชั้นในเป็นกระจกใส
5. สามารถตั้งอุณหภูมิในการทำงานได้ตั้งแต่ 5 องศาเซลเซียสเหนืออุณหภูมิห้อง ถึงไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส
6. มีค่าความแปรปรวนของอุณหภูมิ (Temperature variation) ไม่เกิน  $\pm 0.5$  องศาเซลเซียสที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
7. มีระบบหมุนเวียนอากาศภายในตู้แบบ Natural convection ขออนุมัติใช้สำหรับบึงบประมาณ 25.5%
8. มีระบบเตือนหรือป้องกันอุณหภูมิสูงเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้
9. สามารถตั้งเวลาในการทำงานได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ชั่วโมง
10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และผลิตตามมาตรฐาน CE
11. มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด
12. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
13. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
14. ผู้ขายเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต (Authorize dealer) จากบริษัทผู้ผลิต
15. ตู้บ่มเชื้อได้รับการสอบเทียบจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 ณ อุณหภูมิที่กำหนดจำนวนหนึ่งค่าโดยค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty) ไม่เกิน  $\pm 0.5$  องศาเซลเซียส
16. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขาย การจัดหาอะไหล่ของเครื่อง และสอนการใช้งานให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้ดี
17. ส่งมอบตู้บ่มเชื้อพร้อมใบรับรองการสอบเทียบในอุณหภูมิที่กำหนดพร้อมทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

 ประธานกรรมการ  
(นายไพโรจน์ อังรองโสภา)

 กรรมการ  
(นางมาลี ธีรานุสนธิ์)

 กรรมการ  
(นางกิงดาว หมอแก้ว)

(นายสรารัฐ ชูกระชั้น)...

.....กรรมการ  
(นายสรราช ชูกระชั้น)

.....กรรมการ  
(นางวลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ)

.....กรรมการและเลขานุการ  
(นายกิตติพงศ์ ศิริสุทธานันท์)

.....กรรมการ  
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

.....กรรมการ  
(นางธรรมวรรณ หนูนโธสง)

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางเกศยา ศรีอำไพ)

ตู้บ่มเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร พร้อมอุปกรณ์