

รายละเอียดคุณลักษณะ
เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตำแหน่งขนาด 620 กรัม


1. เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 3 ตำแหน่ง มีจอแสดงผลแบบตัวเลขไฟฟ้าสามารถชั่งน้ำหนักสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 620 กรัม อ่านค่าทศนิยมได้ไม่น้อยกว่า 3 ตำแหน่ง และอ่านค่าละเอียดได้ไม่เกิน 0.001 กรัม ตลอดช่วงการชั่ง
2. มีค่า Repeatability ผิดพลาดได้ไม่เกิน 0.001 กรัม และ มีค่า Linearity ไม่เกิน 0.002 กรัม
3. จอแสดงผลแบบ Backlit Display หรือ Back-Light Display
4. มีค่าเวลาตอบสนองในการชั่งไม่เกิน 1.5 วินาที
5. สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะ (Tare) ได้ตลอดช่วงการชั่ง โดยมีปุ่มกด Tare อย่างน้อย 2 จุด
6. มีระบบตรวจสอบเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่องและแสดงรหัสความผิดพลาดได้
7. ระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน แสดงสัญลักษณ์ในกรณีชั่งน้ำหนักเกินพิกัดสูงสุด
8. สามารถปรับตั้งเครื่องให้เหมาะสมกับการสั่นสะเทือนได้ไม่น้อยกว่า 4 ระดับ คือ Very stable, Stable, Unstable และ Very unstable
9. มีระบบปรับเทียบมาตรฐานเครื่องชั่งโดยใช้ตุ้มน้ำหนักภายใน
10. สามารถเลือกหน่วยได้ไม่น้อยกว่า 16 แบบ เช่น กรัม (g), บาท (baht), โทลา(tola), ปอนด์ (lb) และออนซ์ (oz)
11. สามารถตั้งลือคปุ้มการใช้งานเครื่อง
12. จานชั่ง มีกระจกสี่เหลี่ยมใส หรือกระจกทรงกระบอก สำหรับป้องกันลม สามารถถอดทำความสะอาดได้
13. จานชั่งทำด้วยโลหะสแตนเลส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 115 มิลลิเมตร
14. มีสัญลักษณ์แสดงระดับน้ำ เพื่อให้ตรวจสอบและตั้งระดับได้โดยง่าย
15. มีโปรแกรมใช้งานคือ การชั่งน้ำหนัก, การนับจำนวน, การชั่งน้ำหนักเป็นเปอร์เซ็นต์
16. มีระบบการชั่งน้ำหนักจากทางด้านใต้ของเครื่อง
17. มี Interface ชนิด RS232 หรือ RS232C สำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องประมวลผล หรือเครื่องพิมพ์ผล
18. มีตุ้มน้ำหนักสำหรับทำ Daily check จำนวน 2 ลูก ทำจากโลหะสแตนเลสขนาด 10 และ 200 กรัม พร้อมใบรับรองผ่านการสอบเทียบ
19. เครื่องชั่งได้รับการสอบเทียบครอบคลุมช่วงการใช้งานจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO17025
20. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE
21. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
22. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
23. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต ได้
24. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
25. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขาย และการจัดหาอะไหล่ของเครื่องชั่ง

26. ส่งมอบเครื่อง พร้อมใบรับรองผ่านการสอบเทียบ และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



.....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ ชำรงโอภาส)



.....กรรมการ
(นางวัลรัตน์ เกียรติอังสุลี)



.....กรรมการ
(นางกิงดาว หมอแก้ว)



.....กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนัญญะกุล)


.....กรรมการ
(นางศศิพร ช่อลำไย)


.....กรรมการ
(นายณัฐพัชร์ บุญมีเกษมสันต์)


.....กรรมการ
(นายนฤเบศ เนินทอง)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิติพงศ์ ศิริสุทธานันท์)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสรารุช ชูกระชั้น)

