

รายละเอียดคุณลักษณะ  
อุปกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 5-50 µl

1. เป็นเครื่องดูดจ่ายสารละลายปริมาตร 5-50 ไมโครลิตร ชนิดช่องทางเดียว
2. มีค่าความแม่นยำ ที่ปริมาตร 5 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์ ที่ปริมาตร 25 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 1.4 เปอร์เซ็นต์ และที่ปริมาตร 50 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 0.9 เปอร์เซ็นต์
3. มีค่าความเที่ยง ที่ปริมาตร 5 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์ ที่ปริมาตร 25 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 0.8 เปอร์เซ็นต์ และที่ปริมาตร 50 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 0.3 เปอร์เซ็นต์
4. แสดงปริมาตรเป็นตัวเลข
5. มีตัวปลดทึบ
6. ตัวเครื่องทำจากวัสดุที่สามารถ autoclave ที่อุณหภูมิ 121°C ได้ทั้งตัว
7. มีทึบ จำนวน 1000 ชิ้น และกล่องสำหรับเสียบทึบ จำนวน 1 กล่อง
8. เป็นเครื่องที่ผ่านการสอบเทียบจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 17025 ที่ ปริมาตร 5, 25 และ 50 ไมโครลิตร
9. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
10. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่อง 1 ชุด
11. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขาย และบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
12. ส่งมอบเครื่อง พร้อมใบผ่านการสอบเทียบ Micropipette และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรม ปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ  
(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)

.....กรรมการ  
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

.....กรรมการ  
(นางกิงดาว หมอแก้ว)

.....กรรมการ  
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนัญญะกุล)

.....กรรมการ  
(นางศศิพร ช่อลำไย)

.....กรรมการ  
(นายณัฐพัชร์ บุญมีเกษมสันต์)

.....กรรมการ  
(นายนฤเบศ เนินทอง)

.....กรรมการและเลขานุการ  
(นายกิติพงศ์ ศิริสุธานันท์)

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นายสรารุช ชูกระชั้น)