




รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดดมยาสลบสำหรับสัตว์ พร้อมอุปกรณ์

1. เป็นชุดดมยาสลบสำหรับสัตว์แบบมีล้อ 4 ล้อเคลื่อนย้ายได้ ประกอบด้วย
 - 1.1 ชุดควบคุมยาสลบ
 - 1.2 ชุดติดตามและบันทึกสัญญาณชีพ
2. ชุดควบคุมยาสลบ ประกอบด้วย
 - 2.1 มี Vaporizer เป็นชนิดที่สามารถใช้กับยาดมสลบได้
 - 2.2 มีหน้าปัทม์บอกแรงดันของก๊าซออกซิเจน และ ระบบสัญญาณเตือนเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวเครื่อง
 - 2.3 มี Flow meter แบบหมุนปรับที่แสดงค่าอัตราการไหลของก๊าซไม่น้อยกว่า 2 แห่ง
 - 2.4 มีภาชนะบรรจุสารดูดก๊าซ
 - 2.5 มีชุดสำหรับช่วยหายใจขณะดมยาสลบ
3. ชุดติดตามและบันทึกสัญญาณชีพ ประกอบด้วย
 - 3.1 ภาควัดการเฝ้าติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG)
 - 3.2 ภาควัดความดันโลหิตชนิดภายนอก (NIBP)
 - 3.3 ภาควัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2)
 - 3.4 ภาควัดอุณหภูมิ (Temperature)
 - 3.5 ภาควัดการหายใจ (Respiration)
4. อุปกรณ์ประกอบเครื่อง


4.1 ชุดสายต่อออกซิเจน (oxygen line)	1 ชุด
4.2 Breathing tube	2 ชุด
4.3 Breathing bag ขนาด 1 ลิตร และ 2 ลิตร อย่างละ	1 ใบ
4.4 Laryngoscope พร้อม blade แบบตรง เบอร์ 3	1 ชุด
4.5 Trachea tube ขนาด 6.5 และ 7 อย่างละ	10 ชิ้น
4.6 ถังออกซิเจน ขนาด 6 คิว	1 ถัง
4.7 ถังออกซิเจน ขนาด 1.5 คิว พร้อมรถเข็น	1 ชุด
4.8 โซดาลาม	1 แกลลอน
4.9 กระดาษพิมพ์ใช้กับเครื่อง Monitor	2 ม้วน
5. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
6. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
7. รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ
8. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
9. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานแก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
10. ส่งมอบและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



ประธานคณะกรรมการ
 (นายไพโรจน์ อารังโภาส)



กรรมการ
 (นางธวัลรัตน์ เกียรติยั้งคุลี)



กรรมการ
 (นางสาวพนม ไสยจิตร)


.....กรรมการ
(นางเฉลา พิทักษ์สินสุข)

.....กรรมการ
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิติพงศ์ ศิริสุทรานันท์)

.....กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

.....กรรมการ
(นายนฤเบศ เนินทอง)

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสราวุธ ชูกระชั้น)