

ตว. 2/58
ตว. 20/56
ตว. ๒๖/57
ตว. 18/59

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)

1. เป็นเครื่องปั่นผสมสารละลายในหลอดทดลอง สามารถเขย่าหลอดทดลอง ปีกเกอร์ และ ฟลาสก์ได้
2. ตัวเครื่องทำด้วยโลหะเคลือบสี หรือโลหะไร้สนิม ที่ฐานมียางรองรับกันสั่น เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวขณะใช้งาน
ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2559
3. สามารถตั้งเครื่องเขย่าใช้ได้ 2 แบบ คือ แบบต่อเนื่อง และแบบเขย่าเมื่อมีแรงกดลงบนแป้นรองรับ
4. สามารถปรับอัตราเร็วของการเขย่าได้อย่างต่อเนื่องสูงสุดไม่น้อยกว่า 3100 รอบต่อนาที
5. แป้นรองรับภาชนะในการเขย่าทำด้วยยางมี 2 แบบ ดังนี้
5.1 แบบถ่วงเพื่อรองรับหลอดทดลองเดี่ยว
5.2 แบบแป้นยางเพื่อรองรับภาชนะใส่สารกันแบน
ขออนุมัติใช้ปีงบประมาณ 2557
6. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่อง 1 ชุด
7. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต ได้
ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2558
8. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
9. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน CE
10. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
11. ส่งมอบและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)

.....กรรมการ
(นางมาลี อีรานุสนธิ์)

.....กรรมการ
(นางกิงดาว หมอแก้ว)

.....กรรมการ
(นายสรารุช ชูกระชั้น)

.....กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

.....กรรมการ
(นางวัลย์กานต์ เจียมเจตจรูญ)

.....กรรมการ
(นางธรรมาวรรณ หนูนโรสง)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิติพงษ์ ศิริสุทธนันท์)

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางเกศยา ศรีอำไพ)