

## รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ชุดอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิชนิดทำความเย็นได้ 20 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร

1. เป็นอ่างควบคุมอุณหภูมิชนิดทำความเย็นได้พร้อมฝาปิดทำด้วยโลหะสแตนเลสมีที่จับ แสดงค่าอุณหภูมิเป็นค่าตัวเลขไฟฟ้าและสามารถควบคุมอุณหภูมิที่ 20 องศาเซลเซียสได้
2. ตัวอ่างทำด้วยโลหะสแตนเลส ขนาดภายในอ่าง (กว้าง x ยาว x สูง) ไม่น้อยกว่า 300 x 325 x 140 มิลลิเมตร และมีขนาดความจุของเหลวได้ไม่น้อยกว่า 20 ลิตร
3. มีค่าความคงที่ของอุณหภูมิของเหลวผิดพลาดไม่เกิน  $\pm 0.2$  องศาเซลเซียส และมีระบบหมุนเวียนของเหลวภายในอ่าง
4. ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ Digital หรือ Microprocessor
5. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
6. ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน EMC Standard EN หรือ TUV หรือ ISO 9001
7. เป็นอ่างที่ได้รับการสอบเทียบที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ณ สถานที่ใช้งานจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025
8. มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ชุด
9. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
10. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือให้แก่ผู้ปฏิบัติงานจนใช้งานได้
11. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขาย และบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
12. ส่งมอบและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


.....ประธานกรรมการ  
(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)


.....กรรมการ  
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)


.....กรรมการ  
(นางกิงดาว หมอแก้ว)


.....กรรมการ  
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตน์ัญญะกุล)

.....กรรมการ  
(นางศศิพร ช่อลำไย)

  
.....กรรมการ  
(นายณัฐพัชร์ บุญมีเกษมสันต์)

  
.....กรรมการ  
(นายนฤเบศ เนินทอง)

  
.....กรรมการและเลขานุการ  
(นายกิตติพงศ์ ศิริสุทธานันท์)

  
.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นายสรารุท ชูกระชั้น)

