


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องตัดชิ้นเนื้ออุณหภูมิต่ำ

1. เป็นเครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมียือกแข็ง สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ
2. ตัวเครื่องด้านใน (chamber) มีระบบฆ่าเชื้อด้วย UV และตัวเครื่องด้านนอกมีสารเคลือบป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย
3. สามารถปรับตั้งอุณหภูมิภายใน chamber ได้ถึง -35 องศาเซลเซียส
4. ประตุกระจกฝาตู้มีระบบให้ความร้อน
5. มีระบบไฟส่องสว่างภายในแบบ Fluorescent
6. มีระบบละลายน้ำแข็งที่สามารถตั้งการทำงานได้ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบปรับตั้งเอง
7. สามารถตั้งความหนาในการตัดได้ตั้งแต่ 1 ถึงสูงสุดไม่น้อยกว่า 100 μ m
8. มีแท่นวางสำหรับแช่แข็งชิ้นเนื้อตัวอย่างไม่น้อยกว่า 10 ตำแหน่ง
9. ที่จับชิ้นเนื้อสามารถปรับระดับได้ทั้งในแนวแกน X, แกน Y และแกน Z
10. มีภาชนะใส่น้ำทิ้งหรือของเหลวอื่นเป็นระบบปิด
11. มีอุปกรณ์ประกอบดังนี้


11.1 ที่จับใบมีดชนิด Disposable	จำนวน 1 ชุด
11.2 ใบมีด Disposable Blade (50 ใบต่อกล่อง)	จำนวน 1 กล่อง
11.3 ที่จับชิ้นเนื้อตัวอย่าง	จำนวน 5 อัน
11.4 Heat Extractor	จำนวน 1 ชุด
11.5 Tissue Freezing Medium	จำนวน 1 ขวด
11.6 แผ่นป้องกันชิ้นเนื้อที่ตัดแล้วม้วนตัว	จำนวน 2 อัน
12. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด
13. ใช้กับไฟฟ้าขนาด 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
14. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
15. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
16. มีการบำรุงรักษาเครื่องทุก 6 เดือน ตามระยะเวลาประกันคุณภาพ
17. มีอะไหล่สำรองในการซ่อมบำรุงและขายในท้องตลาด ไม่น้อยกว่า 4 ปี นับจากวันส่งมอบ
18. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานแก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้ดี
19. ส่งมอบและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


..........ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ อารงโสภาส)


..........กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยั้งอังสุลี)


..........กรรมการ
(นางกิงดาว หมอแก้ว)



.....กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)


.....กรรมการ
(นางศศิพร ขอลำไย)


.....กรรมการ
(นายณัฐพัชร์ บุญมีเกษมสันต์)


.....กรรมการ
(นายนฤเบศ เนินทอง)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิติพงษ์ ศิริสุทธนันท์)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสรารุธ ชูกระชั้น)

