



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องเขย่าแบบแนวตั้ง (Shaker)

1. เป็นเครื่องเขย่าสำหรับเขย่าสารที่บรรจุอยู่ในกรวยแยกแบบวางในแนวตั้ง
2. สามารถตั้งเวลา และมีปุ่มปรับความเร็วในการเขย่า โดยแสดงค่าเป็นตัวเลข
3. สามารถปรับความเร็วในการเขย่าได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 300 รอบต่อนาที
4. มีช่วงกว้างในการเขย่าประมาณ 40 มิลลิเมตร
5. สามารถตั้งเวลาในการทำงานได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 นาที และทำงานต่อเนื่องได้
6. ใช้มอเตอร์ชนิด DC Brushless ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์
7. มีชุดยึดจับกรวยแยกที่สามารถจับยึดกรวยแยกได้อย่างมั่นคงและสามารถเลื่อนปรับตามขนาดของภาชนะที่ใช้ได้
8. สามารถใส่ตัวอย่างเพื่อเขย่าได้ทั้ง 2 ด้านของเครื่อง และสามารถเขย่าพร้อมกันได้
9. สามารถใช้กับกรวยแยกขนาด 250, 500 และ 1000 มิลลิลิตรได้ พร้อมชุดยึดจับ (Funnel Holder) จำนวนไม่น้อยกว่า 6 อัน
10. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิรท์ ได้
11. มีคู่มือการใช้และบำรุงรักษา 1 ชุด
12. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
13. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองงานใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



.....ประธานคณะกรรมการ
(นายไพโรจน์ ชำรงโอภาส)



.....กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังคูลี)



.....กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)



.....กรรมการ
(นางเฉลา พิทักษ์สินสุข)


.....กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนชัยญะกุล)


.....กรรมการ
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)


.....กรรมการ
(นายนฤเบศ เนินทอง)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิติพงศ์ ศิริสุธานันท์)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสรารุช ชูกระชั้น)

