


รายละเอียดคุณลักษณะ


อุปกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 100-1000 µl


1. เป็นเครื่องดูดจ่ายสารละลายปริมาตร 100-1000 ไมโครลิตร ชนิดช่องทางเดียว
2. มีค่าความแม่นยำ ที่ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์ ที่ปริมาตร 500 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 0.7 เปอร์เซ็นต์ และที่ปริมาตร 1000 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 0.6 เปอร์เซ็นต์
3. มีค่าความเที่ยง ที่ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 0.7 เปอร์เซ็นต์ ที่ปริมาตร 500 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 0.25 เปอร์เซ็นต์ และที่ปริมาตร 1000 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 0.2 เปอร์เซ็นต์
4. แสดงปริมาตรเป็นตัวเลข
5. มีตัวปลดทึบ
6. ตัวเครื่องทำจากวัสดุที่สามารถ autoclave ที่อุณหภูมิ 121°C ได้ทั้งตัว
7. มีทึบ จำนวน 1000 ชิ้น และกล่องสำหรับเสียบทึบ จำนวน 1 กล่อง
8. เป็นเครื่องที่ผ่านการสอบเทียบจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 17025 ที่ ปริมาตร 100, 500 และ 1000 ไมโครลิตร
9. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
10. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่อง 1 ชุด
11. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขาย และบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
12. ส่งมอบเครื่อง พร้อมใบผ่านการสอบเทียบ Micropipette และทดลองงานใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่ กรมปศุสัตว์กำหนด


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๐





 ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)


 กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)


 กรรมการ
(นางกิงดาว หมอแก้ว)


 กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

 กรรมการ
(นางศศิพร ซ่อลำไย)

 กรรมการ
(นายณัฐพัชร์ บุญมีเกษมสันต์)

 กรรมการ
(นายณฤเบศ เนินทอง)

 กรรมการและเลขานุการ
(นายกิตติพงษ์ ศิริสุทธานันท์)

 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสรารัฐ ชูกระชั้น)