

รายละเอียดคุณลักษณะ

อุปกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 20-200 μ l

1. เป็นเครื่องดูดจ่ายสารละลายปริมาตร 20-200 ไมโครลิตร ชนิดช่องทางเดียว
2. มีค่าความแม่นยำ ที่ปริมาตร 20 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์ ที่ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 0.8 เปอร์เซ็นต์ และที่ปริมาตร 200 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 0.6 เปอร์เซ็นต์
3. มีค่าความเที่ยง ที่ปริมาตร 20 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 1 เปอร์เซ็นต์ ที่ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 0.3 เปอร์เซ็นต์ และที่ปริมาตร 200 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 0.15 เปอร์เซ็นต์
4. แสดงปริมาตรเป็นตัวเลข
5. มีตัวปลดทึบ
6. ตัวเครื่องทำจากวัสดุที่สามารถ autoclave ที่อุณหภูมิ 121°C ได้ทั้งตัว
7. มีทึบ จำนวน 1000 ชิ้น และกล่องสำหรับเสียบทึบ จำนวน 1 กล่อง
8. เป็นเครื่องที่ผ่านการสอบเทียบจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 17025 ที่ ปริมาตร 20, 100 และ 200 ไมโครลิตร
9. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
10. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่อง 1 ชุด
11. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขาย และบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
12. ส่งมอบเครื่อง พร้อมใบผ่านการสอบเทียบ Micropipette และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่ กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.60



.....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ อ่างโรภาส)

.....กรรมการ

(นางวัลรัตน์ เกียรติยั้งอังสุลี)

.....กรรมการ

(นางกิงดาว หมอแก้ว)

.....กรรมการ

(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

.....กรรมการ

(นางศศิพร ช่อลำไย)

.....กรรมการ

(นายณัฐพัชร์ บุญมีเกษมสันต์)

.....กรรมการ

(นายนฤเบศ เนินทอง)

.....กรรมการและเลขานุการ

(นายกิติพงศ์ ศิริสุทธานันท์)

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นายสรารุช ชูกระชั้น)