




รายละเอียดคุณลักษณะ
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath)


1. เป็นอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Digital ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 11 ลิตร มีจอแสดงค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลขไฟฟ้า
2. อ่างภายในทำด้วยโลหะสแตนเลส ภายนอกทำด้วยโลหะเคลือบ
3. สามารถตั้งเวลาได้ไม่น้อยกว่า 99 ชม.59 นาที และตั้งหน่วงเวลาได้
4. สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 °C เหนืออุณหภูมิห้อง ถึงไม่น้อยกว่า 99 °C โดยมีค่าความถูกต้อง ผิดพลาดไม่เกิน ± 0.1 °C
5. มี Temperature Sensor เป็นชนิด PT100
6. มีระบบความปลอดภัย คือระบบป้องกันอุณหภูมิเกิน (Over Temperature Protection) , กระแสไฟเกิน (Over Current Protection) และความผิดปกติของเซ็นเซอร์ (Sensor Error Detector)
7. มีโหมดสำหรับป้องกันการเปลี่ยนแปลงค่าที่ตั้งไว้ได้ (Locking Mode)
8. มีฝาปิดทำจากโลหะสแตนเลส จำนวน 1 ชุด ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.60
9. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้ 
10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน CE หรือผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
11. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
12. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่อง จำนวน 1 ชุด
13. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขาย และบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
14. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานจนใช้งานได้ดี
15. ส่งมอบ และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


 ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)


 กรรมการ
(นางฉวีรัตน์ เกียรติอังคาส)


 กรรมการ
(นางกิงดาว หมอแก้ว)


 กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

 กรรมการ
(นางศศิพร ช่อลำไย)


.....กรรมการ
(นายณัฐพัชร์ บุญมีเกษมสันต์)


.....กรรมการ
(นายนฤเบศ เนินทอง)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิตติพงศ์ ศิริสุทธานันท์)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสรารุช ชูกระชั้น)

