



รายละเอียดคุณลักษณะ  
อุปกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 5-50  $\mu$ l


1. เป็นเครื่องดูดจ่ายสารละลายปริมาตร 5-50 ไมโครลิตร ชนิดช่องทางเดียว
2. มีค่าความแม่นยำ ที่ปริมาตร 5 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์ ที่ปริมาตร 25 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 1.4 เปอร์เซ็นต์ และที่ปริมาตร 50 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 0.9 เปอร์เซ็นต์
3. มีค่าความเที่ยง ที่ปริมาตร 5 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์ ที่ปริมาตร 25 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 0.8 เปอร์เซ็นต์ และที่ปริมาตร 50 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 0.3 เปอร์เซ็นต์
4. แสดงปริมาตรเป็นตัวเลข
5. มีตัวปลดทึบ
6. ตัวเครื่องทำจากวัสดุที่สามารถ autoclave ที่อุณหภูมิ 121°C ได้ทั้งตัว
7. มีทึบ จำนวน 1000 ชิ้น และกล่องสำหรับเสียบทึบ จำนวน 1 กล่อง
8. เป็นเครื่องที่ผ่านการสอบเทียบจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 17025 ที่ ปริมาตร 5, 25 และ 50 ไมโครลิตร
9. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
10. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่อง 1 ชุด
11. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขาย และบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
12. ส่งมอบเครื่อง พร้อมใบผ่านการสอบเทียบ Micropipette และทดลองงานใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรม ปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2560



 ประธานกรรมการ


(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)

 กรรมการ

(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังคสุลี)

 กรรมการ


(นางกิงดาว หมอแก้ว)

 กรรมการ


(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนัญญกุล)

 กรรมการ


(นางศศิพร ซ่อลำไย)

 กรรมการ

(นายณัฐพัชร์ บุญมีเกษมสันต์)

 กรรมการ

(นายนฤเบศ เนินทอง)

 กรรมการและเลขานุการ

(นายกิตติพงศ์ ศิริสุทธานันท์)

 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นายสรารัฐ ชูกระชั้น)