




รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส สำหรับเก็บซีรัม


1. เป็นตู้แช่แข็งสามารถทำอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ -20 องศาเซลเซียส ถึง -40 องศาเซลเซียส มีหน้าจอแสดงอุณหภูมิ เป็นตัวเลขไฟฟ้า เป็นแบบแนวตั้ง ด้านหน้าเป็นประตูทึบ ความจุภายในไม่น้อยกว่า 275 ลิตร มีล้อสำหรับ เคลื่อนย้าย
2. ตัวตู้ภายนอกทำด้วยโลหะเคลือบสี หรือโลหะสแตนเลส
3. มีฉนวนกันความร้อนทำด้วย high density fluorine free insulation หรือ Polyurethane
4. มีลิ้นชักวางของไม่น้อยกว่า 4 ชั้น ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2560
5. มีระบบ Manual Defrost หรือ Automatic defrost
6. มีระบบความปลอดภัยของตัวตู้ ดังนี้
 - 6.1 มีระบบสัญญาณแสงและเสียงเตือนเมื่ออุณหภูมิภายในตู้ผิดปกติ (สูงหรือต่ำเกินกว่าค่าที่กำหนด)
 - 6.2 มีสัญญาณไฟแสดงการทำงานของเครื่อง
 - 6.3 มีสัญญาณเตือนด้วยแสง เสียง และ รหัสข้อความในกรณี ความผิดปกติของ ระบบเซนเซอร์ และ แบตเตอรี่
 - 6.4 มีสัญญาณเตือนในกรณี ระบบไฟผิดปกติ
7. มีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 Amp จำนวน 1 ชุด
8. ผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 13485 และ ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน CE Mark
9. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิรท์ ได้
10. มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยอย่างละ 1 ชุด
11. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
12. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
13. ส่งมอบ และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



.....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ อารงโสภาส)


.....กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)


.....กรรมการ
(นางกิงดาว หมอแก้ว)


.....กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนัญญะกุล)


.....กรรมการ
(นางศศิพร ช่อลำไย)




.....กรรมการ

(นายณัฐพัชร์ บุญมีเกษมสันต์)



.....กรรมการ

(นายนฤเบศ เนินทอง)



.....กรรมการและเลขานุการ

(นายกิตติพงศ์ ศิริสุทธานันท์)



.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นายสรารุช ชูกระชั้น)

