



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิขนาดไม่น้อยกว่า 22 ลิตร


1. เป็นอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ PID และแสดงค่าเป็นตัวเลขไฟฟ้า
2. ตัวอ่างทำด้วยโลหะสแตนเลสมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 22 ลิตร
3. มีฝาปิด-เปิดทำด้วยโลหะสแตนเลสลักษณะเป็นทรงจั่ว
4. สามารถตั้งอุณหภูมิตั้งแต่ 5 องศาเซลเซียสเหนืออุณหภูมิห้องถึงสูงสุดไม่น้อยกว่า 95 องศาเซลเซียส โดยมีค่าความละเอียดในการแสดงอุณหภูมิไม่เกิน 0.1 องศาเซลเซียส หรือ 0.1 K และมีค่าคงที่ของอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไม่เกิน  $\pm 0.2$  องศาเซลเซียส หรือ  $\pm 0.2$  K
5. มีระบบความปลอดภัยโดยมีสัญญาณเสียงหรือสัญญาณไฟเตือนเมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ
6. มีคู่มือการใช้งาน 1 ชุด
7. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
8. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
9. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน CE
10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
11. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
12. ส่งมอบเครื่อง และทดลองจนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25 60





  
 .....ประธานกรรมการ  
 (นายไพโรจน์ อารังโสภาส)


  
 .....กรรมการ  
 (นางมาลี อีรานุสนธิ์)


  
 .....กรรมการ  
 (นางกิงดาว หมอแก้ว)


  
 .....กรรมการ  
 (นายสรารุช ชูกระชั้น)

  
 .....กรรมการ  
 (นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

  
 .....กรรมการ  
 (นางวลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ)

  
 .....กรรมการ  
 (นางธรรมวรรณ หนูนไธสง)

  
 .....กรรมการและเลขานุการ  
 (นายกิตติพงศ์ ศิริสุธานันท์)

  
 .....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 (นางเกศยา ศรีอำไพ)

