

ก. ๑๓.๕๓

ค. ๒๖/๕๓

ค. ๑๗/๖๐

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตู้เก็บสารเคมีชนิดกรองไอสารเคมี ขนาดเล็ก



1. เป็นตู้เก็บสารเคมีแบบไร้ท่อ สามารถกำจัดไอระเหยสารเคมีโดยใช้แผ่นกรองดักจับ
2. ตัวตู้ภายนอกมีขนาดกว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า 810 x 350 x 720 มิลลิเมตร และสามารถเก็บขวดสารเคมีขนาด 1 ลิตร ได้ไม่น้อยกว่า 45 ขวด
3. โครงสร้างตัวตู้ทำด้วยโลหะ เคลือบด้วย chemical resistant epoxy-polyester paint หรือ chemical-resistant epoxy
4. ภายในตู้แบ่งเป็นสองฝั่ง โดยในแต่ละฝั่งแบ่งไม่น้อยกว่า 2 ชั้น สามารถปรับระดับได้ และประตูตู้ทำด้วย acrylic ใส สามารถมองเห็นภาชนะที่จัดเก็บอยู่ภายในตู้ได้
5. สามารถดักจับไอสารอินทรีย์ และกรด โดยใช้พัดลมดูดอากาศในตู้ผ่านแผ่นกรอง ขณะที่พัดลมดูดอากาศทำงาน มีเสียงดังไม่เกิน 50 เดซิเบล
6. มีความสามารถในการกรอง ไม่น้อยกว่า 75 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
7. ภายในตู้มีถาดเพื่อรองรับของเหลวที่หกอยู่ด้านล่างของตู้
8. สามารถกรองไอระเหยสารเคมีได้ตามมาตรฐาน AFNOR NFX 15-211 หรือมาตรฐาน BS 7989:2001
9. ตัวตู้ผลิตได้ตามมาตรฐาน CE
10. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
11. มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
12. รับประกันคุณภาพ 1 ปี และบริการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานทุก 6 เดือนนับจากวันที่ส่งมอบ ในระหว่างการรับประกัน
13. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขาย และบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
14. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานเครื่อง ให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
15. ส่งมอบ ติดตั้งและทดลองจนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๕9.


(นายไพโรจน์ อารังโสภา)


ผู้อำนวยการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๐






ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ อารังโสภา)



กรรมการ
(นางมาลี อีรานุสนธิ์)


กรรมการ
(นางกิงดาว หมอแก้ว)


กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)


กรรมการ
(นางวลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ)


กรรมการ
(นางธรรมาวรรณ หนูนไธสง)


กรรมการ
(นายสรารัฐ ชูกระชั้น)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิตติพงษ์ ศิริสุทธานันท์)

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางเกศยา ศรีอำไพ)