

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องหาล้างประกอบของนม

1. เป็นเครื่องวิเคราะห์หาล้างประกอบของน้ำนมได้โดยแสดงผลที่หน้าจอ
2. สามารถวิเคราะห์หาล้างประกอบน้ำนมได้ 4 องค์ประกอบ ได้แก่
 - 2.1 ปริมาณไขมัน ได้ตั้งแต่ 0 ถึงไม่น้อยกว่า 40%
 - 2.2 ปริมาณโปรตีน ได้ตั้งแต่ 0 ถึงไม่น้อยกว่า 6%
 - 2.3 ปริมาณแลคโตส ได้ตั้งแต่ 0 ถึงไม่น้อยกว่า 6%
 - 2.4 ปริมาณของแข็งที่ปราศจากไขมัน ได้ตั้งแต่ 0 ถึงไม่น้อยกว่า 12%
3. สามารถคำนวณหาค่าจุดเยือกแข็งของน้ำนมได้
4. สามารถวิเคราะห์หาล้างประกอบได้ไม่น้อยกว่า 60 ตัวอย่างต่อชั่วโมง หรือใช้เวลาในการวิเคราะห์ไม่เกิน 1 นาทีต่อตัวอย่าง
5. ปริมาตรตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ไม่น้อยกว่า 6 มิลลิลิตร
6. มีระบบล้างและระบบทำความสะอาดแบบอัตโนมัติ
7. สามารถทำคาร์โบไฮเดรตได้
8. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
9. ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิรท์ ได้
10. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
11. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
12. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานเครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
13. ส่งมอบและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



.....ประธานคณะกรรมการ
(นายไพโรจน์ ชำรงโอกาส)



.....กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)



.....กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)



.....กรรมการ
(นางเจลา พิทักษ์สินสุข)


.....กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนอังอุกุล)


.....กรรมการ
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)


.....กรรมการ
(นายนฤเบศ เนินทอง)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิติพงศ์ ศิริสุธานันท์)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสรawat ชูกระชั้น)

เครื่องหาล้างประกอบของนม
