


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องปั่นเซลล์และเนื้อเยื่อให้เป็นเนื้อเดียวกันแบบอัตโนมัติ


1. เป็นเครื่องปั่นเซลล์และเนื้อเยื่อให้เป็นเนื้อเดียวกันแบบอัตโนมัติ
2. มีฝาปิดสามารถล็อกได้ สำหรับป้องกันฝาเปิดหรือหลุดออกมาในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน
3. สามารถใช้กับเนื้อเยื่อพืช เนื้อเยื่อสัตว์ หรือ microorganism ได้
4. สามารถใส่หลอดตัวอย่างขนาด 0.5 หรือ 2.0 มิลลิลิตร ได้ไม่น้อยกว่า 24 หลอด หรือ ขนาด 5 มิลลิลิตรได้ไม่น้อยกว่า 12 หลอด
5. ความเร็วในการปั่นไม่น้อยกว่า 4,000 rpm หรือไม่น้อยกว่า 0.8 m/s
6. สามารถตั้งโปรแกรมการทำงานได้ไม่น้อยกว่า 50 โปรแกรม
7. สามารถกำหนดรอบในการปั่นได้อย่างน้อย 10 ระดับ
8. สามารถกำหนดระยะเวลาในการปั่นในแต่ละรอบได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 วินาที
9. ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตได้
10. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ชุด
11. รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับจากวันส่งมอบ
12. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานเครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
13. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
14. ส่งมอบ และทดสอบจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


.....ประธานคณะกรรมการ
(นายไพโรจน์ ชำรงโอกาส)



.....กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังคูลี)



.....กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)



.....กรรมการ
(นางเนลา พิทักษ์สินสุข)


.....กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนชัยญะกุล)


.....กรรมการ
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)


.....กรรมการ
(นายนฤเบศ เนินทอง)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิติพงศ์ ศิริสุธานันท์)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสรารุช ชูกระชั้น)

