

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องระเหยสารแบบอัตโนมัติโดยใช้แก๊สไนโตรเจนพร้อมอุปกรณ์

1. เป็นเครื่องระเหยสารแบบอัตโนมัติโดยใช้แก๊สไนโตรเจน ควบคุมการทำงานด้วยระบบ microprocessor โดยใช้การพ่นแก๊สลงในหลอดแก้วบรรจุสารแบบหมุนวน (Vortex)
2. สามารถใส่หลอดแก้วระเหยสารละลายได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 50 หลอด โดยมีหัวพ่นแก๊สอย่างน้อย 5 แถว แต่ละแถวไม่น้อยกว่า 9 หัว และสามารถควบคุมการทำงานของหัวพ่นแก๊สในแต่ละแถวได้อย่างอิสระ
3. ใช้กับแก๊สที่มีความดันได้ตั้งแต่ 60 ถึงไม่น้อยกว่า 100 psi และสามารถควบคุมความดันของแก๊สได้ตั้งแต่ 2 ถึงไม่น้อยกว่า 20 psi
4. มีจอแสดงอุณหภูมิ และเวลาเป็นแบบตัวเลข โดยสามารถตั้งอุณหภูมิของอ่างน้ำได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 60 องศาเซลเซียส และตั้งเวลาการทำงานได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
5. มีสัญญาณเตือนเมื่อสิ้นสุดการทำงานหรือมีสัญญาณไฟแสดงสถานะการทำงาน
6. สามารถระบายไอระเหยโดยมีท่อต่อสำหรับระบายไอระเหยออก
7. มีอุปกรณ์ประกอบดังนี้
 - 7.1 แก๊สไนโตรเจนความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 99.99 % บรรจุแก๊สไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตร อย่างน้อย 1 ถัง พร้อม Regulator 1 ชุด
 - 7.2 มีหลอดแก้วขนาด 16x100 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 100 หลอด
 - 7.3 มี rack สำหรับวางหลอดแก้วขนาด 16x100 มิลลิเมตร ใส่หลอดแก้วได้ไม่น้อยกว่า 50 หลอด จำนวน 2 อัน
 - 7.4 มีอุปกรณ์สำหรับปิดหัวพ่นแก๊สสำหรับเครื่องอย่างน้อย 50 อัน
8. มีคู่มือการใช้งาน และบำรุงรักษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
9. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
10. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบในระหว่างการรับประกัน
11. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน CE หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9000 series
12. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานเครื่องให้ผู้ปฏิบัติงาน จนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
13. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
14. ส่งมอบ และทดลอง จนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

..... ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)

..... กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

..... กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)

..... กรรมการ
(นางฉลา พิทักษ์สินสุข)

..... กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)




..... กรรมการ
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)



..... กรรมการ
(นายกิติพงษ์ ศิริสุธานันท์)



..... กรรมการ
(นายนฤเบศ เนินทอง)



..... กรรมการ
(นายสรารุช ชูกระชั้น)

