

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องดูจ่ายสารละลายแบบต่อเนื่อง ปรับปริมาตรการจ่ายสารละลายได้ไม่น้อยกว่า 5 ระดับ

1. เป็นเครื่องดูจ่ายสารละลายแบบต่อเนื่องชนิดช่องทางเดียว สามารถปรับปริมาตรการจ่ายสารละลายได้แตกต่างกันไม่น้อยกว่า 5 ระดับ
2. ในการดูสารละลาย 1 ครั้ง สามารถปล่อยสารละลายติดต่อกันได้ไม่น้อยกว่า 9 ครั้ง โดยไม่ต้องดูสารละลายใหม่
3. สามารถใช้กับกระบอกบรรจุสารละลาย (Tip) ได้ไม่น้อยกว่า 7 ขนาด ในช่วงปริมาตร 0.5-50 มิลลิลิตร
4. มีกระบอกบรรจุสารละลายขนาด 50 มิลลิลิตร มีความถูกต้อง (Accuracy) ผิดพลาดไม่เกิน $\pm 0.3\%$ จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ชิ้น พร้อม adapter จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ชิ้น
5. มีใบรับรองการผ่านการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากหน่วยงานสอบเทียบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ขอนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.59
6. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด 9081
7. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
8. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9000 Series ขอนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.60
9. ส่งมอบและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด 9081

.....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)

.....กรรมการ
(นางมาลี อีรานุสนธิ์)

.....กรรมการ
(นางกิ่งดาว หมอแก้ว)

.....กรรมการ
(นายสรวิศ ชูกระชั้น)

.....กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

.....กรรมการ
(นางวลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ)

.....กรรมการ
(นางธรรมวรรณ หนูนไฮสง)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิตติพงศ์ ศิริสุทธานันท์)

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางเกศยา ศรีอำไพ)