


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า

1. เป็นอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า สามารถควบคุมอุณหภูมิ ความเร็วรอบและเวลาด้วยระบบ Electronic หรือ Microprocessor และแสดงค่าเป็นตัวเลขไฟฟ้า
2. โครงสร้างภายนอกทำด้วยโลหะสแตนเลสหรือโลหะเคลือบสีและภายในทำด้วยโลหะสแตนเลส มีขนาดภายในไม่น้อยกว่า (กว้างxยาว) 590x 350 มิลลิเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 200 มิลลิเมตร และความจุไม่น้อยกว่า 45 ลิตร
3. มีฝาปิด - เปิดทำด้วยสแตนเลส มีลักษณะเป็นทรงจั่ว
4. สามารถตั้งอุณหภูมิตั้งแต่ 10 องศาเซลเซียส เหนืออุณหภูมิห้อง ถึงไม่น้อยกว่า 95 องศาเซลเซียส โดยมีค่าความละเอียดไม่เกิน 0.1 องศาเซลเซียส
5. สามารถตั้งเวลาทำงานได้ตั้งแต่ 1 ถึงไม่น้อยกว่า 99 ชั่วโมง
6. สามารถตั้งความเร็วรอบในการเขย่าได้ตั้งแต่ 20 ถึงไม่น้อยกว่า 150 รอบ/นาที
7. มีระบบความปลอดภัยของเครื่อง เมื่ออุณหภูมิสูงเกินค่าที่ตั้ง
8. มีคู่มือการใช้งาน และบำรุงรักษาเครื่อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
9. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
10. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
11. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสอบเทียบที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025
12. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล CE
13. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9000 Series
14. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขาย และบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
15. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.60





  
 ประธานกรรมการ  
 (นายไพโรจน์ อ่างโรภาส)


  
 กรรมการ  
 (นางธวัลรัตน์ เกียรติยั้งอังสุลี)


  
 กรรมการ  
 (นางกิงดาว หมอแก้ว)


  
 กรรมการ  
 (นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

  
 กรรมการ  
 (นางศศิพร ช่อลำไย)

  
.....กรรมการ  
(นายณัฐพัชร บุญมีเกษมสันต์)

  
.....กรรมการ  
(นายนฤเบศ เนินทอง)

  
.....กรรมการและเลขานุการ  
(นายกิตติพงษ์ ศิริสุทธานันท์)

  
.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นายสรารุช ชูกระชั้น)