


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องแช่แข็งเซลล์สืบพันธุ์แบบยิ่งยวด


1. เป็นเครื่องแช่แข็งเซลล์สืบพันธุ์แบบยิ่งยวด ด้วยวิธี Vitrification ตัวอย่างไม่สัมผัสกับไนโตรเจนเหลวโดยตรง
2. มี Vitrification block และมีฝาปิดสำหรับปิด Vitrification block ในการแช่แข็งตัวอย่างอย่างเฉียบพลันโดยที่ตัว block จะเย็นเท่ากับไนโตรเจนเหลว
3. ตัว Vitrification block พร้อมฝาปิดสามารถนำไปทำการฆ่าเชื้อโดยวิธี Dry Heat Sterilization ที่ 160 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 120 นาที ได้
4. ด้านบนของ block มีช่องสำหรับการทำ Vitrification ได้ไม่น้อยกว่า 6 ช่อง และมีช่องสำหรับเก็บตัวอย่างได้ไม่น้อยกว่า 10 อัน
5. มี Fibreplug พร้อม Sleeve สำหรับเก็บตัวอย่าง จำนวน 200 ชุด
6. มี Cryobath พร้อมฝาสำหรับใส่ไนโตรเจนเหลว 1 ชุด
7. มีภาชนะ Cup for Thawing สำหรับวางตัวอย่าง 1 อัน
8. มีอุปกรณ์ดูดจ่ายสารละลายปริมาตรในช่วงระหว่าง 0.1-3 ไมโครลิตร จำนวน 1 ชุด พร้อม Sterile Tips จำนวน 10 กล่อง
9. คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษและภาษาไทยจำนวน 1 ชุด
10. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
11. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานแก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
12. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
13. ส่งมอบ และทดลอง จนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


.....ประธานคณะกรรมการ
(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)



.....กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)



.....กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)



.....กรรมการ
(นางเจลา พิทักษ์สินสุข)


.....กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)


.....กรรมการ
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)


.....กรรมการ
(นายนฤเบศ เนินทอง)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิติพงษ์ ศิริสุธานันท์)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสรawat ชูกระชั้น)

เครื่องแช่แข็งเซลล์สืบพันธุ์แบบยิ่งยวด

