


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
เครื่องกลั่นน้ำชนิดกลั่นครั้งเดียว

1. เป็นเครื่องกลั่นน้ำบริสุทธิ์ชนิดกลั่นครั้งเดียว แบบอัตโนมัติ
2. ตัวเครื่องมีขนาดไม่น้อยกว่า (WxDxH) 550x240x410 มิลลิเมตร
3. สามารถกลั่นน้ำได้ไม่น้อยกว่า 4 ลิตรต่อชั่วโมง คุณภาพน้ำที่กลั่นได้มีค่าการนำไฟฟ้าไม่เกิน 2.5 µs/cm
4. ตัวทำความร้อน ทำด้วยโลหะสแตนเลสหรือมีระบบทำความร้อนเป็น Silica Sheathed heaters
5. มี Solenoid vale หรือ Reservoir level control
6. มีระบบป้องกันเมื่อน้ำที่เข้าเครื่องกลั่นมีปริมาณน้อยกว่าที่กำหนดโดยเครื่องจะหยุดการทำงาน เพื่อป้องกันไม่ให้ heater ร้อนเกินไป
7. มีถังพักน้ำกลั่นที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 ลิตร
8. เป็นเครื่องกลั่นน้ำที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน CE
9. มีเครื่องป้องกันไฟกระชาก (Stabilizer) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 KVA
10. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต ได้
11. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษจำนวนอย่างละ 1 ชุด
12. รับประกันคุณภาพ 1 ปี และบริการตรวจสอบการทำงานของระบบน้ำทุก 4 เดือน
13. ผู้ขายต้องเดินสายไฟและติดตั้งปลั๊กไฟ ที่ใช้ได้กับเครื่องกลั่นน้ำ ในกรณีที่บริเวณติดตั้งเครื่องไม่มีปลั๊กไฟที่เหมาะสม
14. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานเครื่องแก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้ดี
15. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขาย และการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
16. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



.....ประธานคณะกรรมการ

(นายไพโรจน์ อ่างโสภาส)



.....กรรมการ

(นางสาวกัทริน โสภาสชัยหัตต์)



.....กรรมการ

(นางสาวพนม ไสยจิตร)




.....กรรมการ

(นางจริยา บุญจรรัชชะ)




.....กรรมการ

(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)




.....กรรมการ

(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)



.....กรรมการ

(นายนฤเบศ เนินทอง)



.....กรรมการและเลขานุการ

(นายกิติพงศ์ ศิริสุธานันท์)



.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นายสรารุธ ชูกระชั้น)

เครื่องกลั่นน้ำชนิดกลั่นครั้งเดียว

